Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
1.	ISO 19343:2017 SOP 510, verzija 2	Histamin *Histamine*	Hidroliza / ekstrakcija / derivatizacija / čiščenje / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD), *Hydrolysis / Extraction / derivatization/high performance liquid cromatography with DAD detection (HPLC-DAD)*	Ribe in ribiški proizvodi (razen proizvodi, podvrženi encimskim procesom zorenja v slanici) / Fish and fishery products (except those which have undergone enzyme maturation treatment in brine) (20 – 550) mg/kg *U* = 15 % za vsebnost histamina med 20 in 75 mg/kg *U* = 10 % za vsebnost histamina med 76 in 250 mg/kg *U* = 6 % za vsebnost histamina med 251 in 550 mg/kg	DA / *YES*
2.	SOP 300, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Klorid (kot NaCl) *Chloride (as NaCl)*	Mohrova metoda: Sežig / titracija *Mohr method:* *Dry ashing / titration*	**Mesni izdelki** / *Meat products* (1 – 7) g/100g *U* = 9 % za vsebnost NaCl ≤ 1,5 g/100 g *U* = 5 % za vsebnost NaCl > 1,5 g/100 g	DA / *YES*
3.	SOP 372, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Domoična kislina *Domoic acid*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z UV detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / high performance liquid cromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Školjke** */ Shellfish* ***Užitna klapavica (Mytillus galloprovincialis)*** domoična kislina / *domoic acid* (3–75) µg/kg LOQ = 3 µg/kg	DA / *YES*
4.	ISO 1871:2009 SOP 424, verzija 3	Dušik in preračun v % beljakovin: faktor 6,25 *Nitrogen and calculation to % of protein: factor 6.25*	Metoda po Kjeldahlu*:* Razklop / titracija *Kjeldahl method:* *Digestion / titration*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* N: (1 – 6,5) g/100g *U* = 3,4 % **Mleko** */ Milk* N: (0,4–1) g/100g *U* = 2,5 %	DA / *YES* NE / *NO*
5.	SOP 155, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Makrociklični laktoni M*acrocyclic lactone*	Ekstrakcija / čiščenje /derivatizacija/ tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up/ derivatisation / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Potrditev /** *confirmation* **Mleko** / *Milk* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (2–60) µg H_2B_{1a}/kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 2,58 µg H_2B_{1a}/kg doramektin / *doramectin* (DOR) (2–60) µg/kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 2,61 µg/kg abamektin / *abamectin* (ABM) (2–60) µg B_{1a} /kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 2,51 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (2–60) µg EPR B_{1a}/kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 22,5 µg EPR B_{1a}/kg	 DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				moksidektin / *moxidectin* (MOX) (4–60) µg/kg goveje, ovčje / *bovine, ovine* CCα = 45,5 µg/kg kozje / *caprine* CCα = 5,21 µg/kg emamektin / (EMA) (2–60) µg EMA B_{1a}/kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 2,56 µg EMA B_{1a}/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–60) µg/kg goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* CCα = 2,75 µg/kg **Maščoba** */ Fat* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (5–200) µg H_2B_{1a}/kg govedo, ovca, konj */ bovine, ovine, equine* CCα = 108 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (5–250) µg/kg govedo, ovca, konj */ bovine, ovine, equine* CCα = 172 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (5–100) µg B_{1a} /kg govedo / *bovine* CCα = 11,3 µg/kg ovca / *ovine* CCα = 62 µg/kg konj / equ*ine* CCα = 6,3 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (5–400) µg EPR B_{1a}/kg govedo, ovca / *bovine, ovine* CCα = 289 µg/kg konj / equ*ine* CCα = 315 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (5–800) µg/kg govedo, ovca, konj */ bovine, ovine, equine* CCα = 538 µg/kg emamektin / *emamectin* (EMA) (5–100) µg EMA B_{1a}/kg govedo, ovca, konj */ bovine, ovine, equine* CCα =6,6 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (5–100) µg/kg govedo, ovca, konj */ bovine, ovine, equine* CCα = 6,5 µg/kg prašič */ porcine* ivermektin / *ivermectin* (IVM)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(5–200) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 108 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (5–250) µg/kg CCα = 158 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (5–100) µg B_{1a} /kg CCα = 6,3 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (5–100) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 6,4 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (5–100) µg/kg CCα = 6,3 µg/kg emamektin /*emamectin* (EMA) (5–100) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 6,6 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (5–100) µg/kg CCα = 6,5 µg/kg peritnina / *poultry* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (5–100) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 6,4 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (5–100) µg/kg CCα = 6,3 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (5–100) µg B_{1a} /kg CCα = 6,3 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (5–100) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 6,4 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (5–100) µg/kg CCα = 6,3 µg/kg emamektin / *emamectin* (EMA) (5–100) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 6,6 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (5–100) µg/kg CCα = 6,5 µg/kg **Meso** / *Meat* govedo */ bovine* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (3–300) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 32,8 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (4–400) µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 43,4 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (2–40) µg B_{1a} /kg CCα = 2,48 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (5–500) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 54,5 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (5–500) µg/kg CCα = 53,7 µg/kg emamektin /*emamectin* (EMA) (2–40) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 2,47 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–40) µg/kg CCα = 2,60 µg/kg prašič / *porcine* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (3–300) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 32,8 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (4–400) µg/kg CCα = 43,4 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (2–40) µg B_{1a} /kg CCα = 2,53 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (2–40) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 2,49 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (2–40) µg/kg CCα = 2,22 µg/kg emamektin /*emamectin* (EMA) (2–40) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 2,49 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–40) µg/kg CCα = 2,67 µg/kg perutnina / *poultry* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (2–50) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 2,29 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (2–50) µg/kg CCα = 2,41 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (2–50) µg B_{1a} /kg CCα = 2,53 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (2–50) µg EPR B_{1a}/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 3,53 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (2–50) µg/kg CCα = 2,57 µg/kg emamektin /*emamectin* (EMA) (2–50) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 2,49 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–50) µg/kg CCα = 2,67 µg/kg sladkovodne ribe / *freshwater fish* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (2–50) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 2,81 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (2–50) µg/kg CCα = 2,96 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (2–50) µg B_{1a} /kg CCα = 2,88 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (2–500) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 60,4 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (2–50) µg/kg CCα = 2,83 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–50) µg/kg CCα = 2,69 µg/kg **Presejalna analiza /** *screening* **Mleko** / *Milk* goveje, ovčje, kozje/ *bovine, ovine, caprine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) doramektin / *doramectin* (DOR) abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) CCβ = 2 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 4 µg/kg **Maščoba / *Fat*** govedo, prašič, perutnina, ovca, konj **/** *bovine, porcine, poultry, ovine, equine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) doramektin / *doramectin* (DOR) abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 5 µg/kg **Meso** */ Meat* govedo */ bovine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) CCβ = 3 µg/kg doramektin / *doramectin* (DOR) CCβ = 4 µg/kg abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) CCβ = 2 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 5 µg/kg prašič / *porcine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) CCβ = 3 µg/kg doramektin / *doramectin* (DOR) CCβ = 4 µg/kg abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 2 µg/kg perutnina / *poultry* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) doramektin / *doramectin* (DOR) abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 2 µg/kg ribe razen sardin / *fish exscept sardine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) doramektin / *doramectin* (DOR) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) moksidektin / *moxidectin* (MOX) abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) CCβ = 2 µg/kg sardine */ sardine* ivermektin / *ivermectin* (IVM H_2B_{1a}) doramektin / *doramectin* (DOR) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR B_{1a}) emamektin / (EMA B_{1a}) nemadektin / *nemadectin* (NEM) moksidektin / *moxidectin* (MOX) CCβ = 2 µg/kg abamektin / *abamectin* (ABM B_{1a}) CCβ = 4 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
6.	SOP 274, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / čiščenje / tankoplastna kromatografija (HPTLC) / spektrofotometrična detekcija - presejalna metoda *Extraction / clean-up / thin-layer chromatography (HPTLC) / spectrophotometric detection - screening method*	**Meso /** *Meat* sulfagvanidin / *sulfaguanidine* (SG) sulfanilamid / *sulfanilamide* (SAD) sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfapiridin */ sulfapyridine* (SPY) sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ) sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP) sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM) sulfakvinoksalin // sulfaquinoxaline (SQX) sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX) sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) sulfamoksol / *sulfamoxole* (SMO) sulfametoksipiridazin / *sulfachloropyridazine* (SMP) CCβ = 25 µg/kg	DA / *YES*
7.	SOP 295, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / čiščenje / derivatizacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Meso /** *Meat* (25–250) µg/kg sulfatiazol */ sulfathiazole* (STZ), *U* = 16 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ), *U* = 17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ), *U* = 15 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ), *U* = 14 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 111 µg/kg sulfamoksol / *sulfamoxole* (SMO), *U* = 20 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 116 µg/kg sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM), *U* = 15 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ), *U* = 38 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP), *U* = 17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX), *U* = 16 µg/kg (100 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 113 µg/kg sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX), *U* = 17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX), *U* = 20 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 115 µg/kg sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM), *U* = 16 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfakinoksolin */ sulfaquinoxaline* (SQX), *U* = 22 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 118 µg/kg sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) *U* = 18 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg **Jajca /** *Eggs* **Presejalna metoda /** *Screening method* CCβ = 20 µg/kg sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) CCβ = 10 µg/kg sulfamoksol */ sulfamoxole* (SMO) sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP) CCβ = 5 µg/kg sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX) sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM) sulfakinoksalin / *sulfaquinoxaline* (SQX) sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY) sulfanilamid / *sulfanilamide* (SAD) sulfagvanidin / *sulfaguanidine* (SG)	DA / *YES*
8.	SOP 450, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Metaboliti nitrofuranov Nitroimidazoli in pripadajoči metaboliti Kloramfenikol Dapson Klorpromazin *Nitrofurans metabolites* *Nitroimidazoles and theirs metabolites* *Chloramphenicol* *Dapsone* *Chlorpromazine*	Hidroliza / derivatizacija / estrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Hydrolysis / derivatization / extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: **črevа /** *intestins* ovčja, prašičja, goveja / ovine, porcine, bovine **metaboliti nitrofuranov /** ***nitrofuran metabolites*** **3-amino-2-oxolidinone (AOZ)** (0,25–10) µg/kg ovčja, prašičja / *ovine, porcine*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 0,30 µg/kg goveja / *bovine* CCα = 0,31 µg/kg **5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,33 µg/kg **1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,34 µg/kg **semicarbazide hydrochloride (SEM)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,41 µg/kg **3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH)** (0,25–3,75) µg/kg CCα = 0,33 µg/kg **4-hidroksibenzhidrazid (SAH)** (0,25–3,75) µg/kg CCα = 0,33 µg/kg **aminogvanidin / *aminoguanidine* (AMG)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,47 µg/kg **nifurpirinol / *nifurpirinole* (NPIR)** (0,25–3,75) µg/kg CCα = 0,34 µg/kg **nitroimidazoli in metaboliti / *nitroimidazoles and metabolites*** **dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ)** (0,5–60) µg/kg CCα = 0,~~87~~ 0,9 µg/kg **hidroksi-dimetridazol / *hydroxydimetridazole* (DMZOH/RNZOH/HMMNI)** (0,5–7,5) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ipronidazol / *ipronidazole* (IPZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,8 µg/kg **hidroksi-ipronidazol / *hydroxy-ipronidazole* (IPZOH)** (0,5–60) µg/kg CCα = 0,8 µg/kg **metronidazol / *metronidazole* (MNZ)** (0,5–7,5) µg/kg ovčja, prašičja / *ovine, porcine* CCα = 0,5 µg/kg goveja / *bovine* CCα = 0,6 µg/kg **hidroksi-metronidazol / *hydroxy-metronidazole* (MNZOH)**	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(0,5–7,5) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **nimorazol / *nimorazole* (NMZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **ornidazol / *ornidazole* (ORZ)** (0,5–60) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ronidazol / *ronidazole* (RNZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **secnidazol / *secnidazole* (SCZ)** (0,5–60) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ternidazol / *ternidazole* (TRZ)** (0,5–7,5) µg/kg CCα = 0,8 µg/kg **tinidazol / *tinidazole* (TNZ)** (0,5–60) µg/kg CCα = 0,9 µg/kg **kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP)** (0,08–1,13) µg/kg CCα = 0,11 µg/kg **dapson / *dapson*e (DAP)** (2,5–37,5) µg/kg CCα = 4,4 µg/kg	
				Meso, jajca, mleko / *meat, eggs, milk* meso/meat: goveje, perutnina, prašičje, ovčje, sardina, orada, sinji mol, papalina, skuša, kapelan, sled – slanik, losos, tilapia (sladkovodna riba), šarenka, školjke, raki, hobotnica / bovine, poultry, porcine, ovine meat, sardine, bream, whiting or merling, European sprat, mackerel, capelin, herring, salmon, tilapia, rainbow trout, mussels, shrimps, crabs and octopus mleko / milk: goveje, ovčje, kozje / bovine, ovine, caprine **kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP)** (0,08–3,00) µg/kg meso / *mea*t and mleko / *mil*k CCα = 0,10 µg/kg jajca / *eggs* CCα = 0,11 µg/kg **3-amino-2-oxolidinone (AOZ)** (0,25–10) µg/kg meso (razen ovčjega) / *meat (except ovine)*, mleko / *milk* and jajca / *eggs* CCα = 0,29 µg/kg ovčje meso / *ovine meat* CCα = 0,32 µg/kg **5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ)**	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(0,25–10) µg/kg meso / *meat*, mleko (razen ovčjega) / *milk (except ovine)* and jajca / *eggs* CCα = 0,32 µg/kg ovčje mleko */ ovine milk* CCα = 0,33 µg/kg **1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,25–10) µg/kg CCα = 0,32 µg/kg **semicarbazide hydrochloride (SEM)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,25–10) µg/kg CCα = 0,35 µg/kg **3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,25–10) µg/kg meso (razen ribjega) / *meat (except fish)*, mleko / *milk* and jajca / *eggs* CCα = 0,30 µg/kg ribje meso / *fish meat* CCα = 0,31 µg/kg **4-hidroksibenzhidrazid (SAH)** (0,25–10) µg/kg meso (razen ribjega) / *meat (except fish)*, mleko / *milk* and jajca / *eggs* CCα = 0,34 µg/kg ribje meso / *fish meat* CCα = 0,39 µg/kg **nifurpirinol / *nifurpirinole* (NPIR)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,25–10) µg/kg CCα = 0,34 µg/kg **karnidazol/ *carnidazole* (CRZ)** meso (razen prašičjega in morskih sadežev) */ meat (except porcine and seafood),* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **hidroksi-dimetridazol / *hydroxydimetridazole* (DMZOH/RNZOH/HMMNI)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ipronidazol / *ipronidazole* (IPZ)** meso */ meat,* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				hidroksi-ipronidazol / *hydroxy-ipronidazole* (IPZOH) (0,5–20) µg/kg meso (razen ribjega) / *meat (except fish)*, mleko / *milk* and jajca / *eggs* CCα = 0,7 µg/kg ribje meso / *fish meat* CCα = 0,8 µg/kg **metronidazol / *metronidazole* (MNZ)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **hidroksi-metronidazol / *hydroxy-metronidazole* (MNZOH)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **nimorazol / *nimorazole* (NMZ)** (0,5–20) µg/kg meso (razen ovčjega) / *meat (except ovine)*, mleko / *milk* and jajca / *eggs* CCα = 0,6 µg/kg ovčje meso / *ovine meat* CCα = 0,7 µg/kg **ornidazol / *ornidazole* (ORZ)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **ronidazol / *ronidazole* (RNZ)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **seknidazol / *secnidazole* (SCZ)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ternidazol / *ternidazole* (TRZ)** meso / *meat,* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **tinidazol / *tinidazole* (TNZ)** (0,5–20) µg/kg meso (razen perutninskega, ovčjega in ribjega) / *meat (except poultry, ovine and fish),* jajca / *eggs,* mleko / *milk* CCα = 0,6 µg/kg perutnina, ovčje in ribje meso / *poultry, ovine and fish meat* CCα = 0,7 µg/kg **dapson / *dapsone* (DAP)** meso (razen sardine) / *meat (except sardine),* jajca / *eggs,* mleko / *milk* (2,5–100) µg/kg CCα = 3,1 µg/kg **klorpromazin / *chlorpromazine* (KP)**	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				meso (razen ribjega) / *meat (except fish),* jajca */ eggs,* mleko */ milk* (2,5–100) µg/kg CCα =3,3 µg/kg Plazma / plasma goveja, perutninska, prašičja, konjska / bovine, poultry, porcine, equine **kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP)** (0,08–3,00) µg/kg CCα = 0,10 µg/kg **3-amino-2-oxolidinone (AOZ)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,31 µg/kg **5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,39 µg/kg **1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD)** (0,25–10) µg/kg razen perutninske / *except poultry* CCα = 0,30 µg/kg plazma perutnine / *poultry plasma* CCα = 0,33 µg/kg **semicarbazide hydrochloride (SEM)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,32 µg/kg **3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,35 µg/kg **4-hidroksibenzhidrazid (SAH)** (0,25–10) µg/kg razen konjske / *except equine* CCα = 0,42 µg/kg konjska plazma / *equine plasma* CCα = 0,45 µg/kg **nifurpirinol / *nifurpirinole* (NPIR)** (0,25–10) µg/kg CCα = 0,37 µg/kg **karnidazol/ *carnidazole* (CRZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,8 µg/kg **dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **hidroksi-dimetridazol / *hydroxydimetridazole* (DMZOH/RNZOH/HMMNI)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ipronidazol / *ipronidazole* (IPZ)** (0,5–20) µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 0,7 µg/kg **hidroksi-ipronidazol / *hydroxy-ipronidazole* (IPZOH)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **metronidazol / *metronidazole* (MNZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **hidroksi-metronidazol / *hydroxy-metronidazole* (MNZOH)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **nimorazol / *nimorazole* (NMZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,7 µg/kg **ornidazol / *ornidazole* (ORZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ronidazol / *ronidazole* (RNZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **seknidazol / *secnidazole* (SCZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,6 µg/kg **ternidazol / *ternidazole* (TRZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,8 µg/kg **tinidazol / *tinidazole* (TNZ)** (0,5–20) µg/kg CCα = 0,9 µg/kg **dapson / *dapsone* (DAP)** (2,5–100) µg/kg CCα = 3,3 µg/kg **klorpromazin / *chlorpromazine* (KP)** (2,5–100) µg/kg CCα =3,5 µg/kg **Presejalna metoda /** *Screening method*: črevа, meso, mleko, jajca / *casings*, *meat*, *milk, eggs* **metaboliti nitrofuranov / *nitrofuran metabolites*** 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) semicarbazide hydrochloride (SEM) 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) 4-hidroksibenzhidrazid (SAH) nifurpirinol / *nifurpirinole* (NPIR) črevа, meso, mleko, jajca / *casings*, *meat*,	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				milk, eggs CCβ = 0,25 µg/kg aminogvanidin / *aminoguanidine* (AMG) čreva / *casings* CCβ = 0,25 µg/kg **nitroimidazoli in metaboliti / *nitroimidazoles and metabolites*** karnidazol/ *carnidazole* (CRZ) dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ) hidroksi-dimetridazol / *hydroxydimetridazole* (HMMNI/RNZOH/DMZOH) ipronidazol / *ipronidazole* (IPZ) hidroksi-ipronidazol / *hydroxy- ipronidazole* (IPZ-OH) metronidazol / *metronidazole* (MNZ) hidroksi-metronidazol / *hydroxy-metronidazole* (MNZOH) nimorazol / *nimorazole* (NMZ) ornidazol / *ornidazole* (ORZ) ronidazol / *ronidazole* (RNZ) secnidazol / *secnidazole* (SCZ) ternidazol / *ternidazole* (TRZ) tinidazol / *tinidazole* (TNZ) čreva / *casings*, meso / *meat*, mleko / *milk* in jajca / *eggs* CCβ = 0,5 µg/kg **kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP)** čreva, meso, mleko, jajca / *casings*, *meat*, *milk, eggs* CCβ = 0,08 µg/kg **dapson / *dapson*e (DAP)** čreva, meso (razen sardin), mleko, jajca / *casings*, *meat (except sardine)*, *milk*, *eggs* CCβ = 2,5 µg/kg **klorpromazin / *chlorpromazin*e (KP)** čreva, meso (razen ribjega), mleko, jajca / *casings, meat (except fish)*, *milk*, *eggs* CCβ = 2,5 µg/kg Plazma, urin, voda / plasma, *urine, water* **metaboliti nitrofuranov / *nitrofuran metabolites*** 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) semicarbazide hydrochloride (SEM) 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) 4-hidroksibenzhidrazid (SAH) nifurpirinol / *nifurpirinole* (NPIR) plazma, voda / *plasma, water* CCβ = 0,25 µg/kg **nitroimidazoli in metaboliti / *nitroimidazoles and metabolites*** karnidazol/ *carnidazole* (CRZ) dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ) hidroksi-dimetridazol / *hydroxydimetridazole*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(HMMNI/RNZOH/DMZOH) ipronidazol / *ipronidazole* (IPZ) hidroksi-ipronidazol / *hydroxy- ipronidazole* (IPZ-OH) metronidazol / *metronidazole* (MNZ) hidroksi-metronidazol / *hydroxy-metronidazole* (MNZOH) nimorazol / *nimorazole* (NMZ) ornidazol / *ornidazole* (ORZ) ronidazol / *ronidazole* (RNZ) secnidazol / *secnidazole* (SCZ) ternidazol / *ternidazole* (TRZ) tinidazol / *tinidazole* (TNZ) plazma, voda / *plasma, water* CCβ = 0,5 µg/kg **kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP)** plazma, voda / *plasma, water* CCβ = 0,08 µg/kg urin / *urine* CCβ = 0,10 µg/kg **dapson / *dapson*e (DAP)** plazma / plasma CCβ = 2,5 µg/kg **klorpromazin / *chlorpromazin*e (KP)** plazma, voda / *plasma, water* CCβ = 2,5 µg/kg	
9.	SOP 338, verzija 5 interna metoda *in-house method*	NSAIDs *NSAIDs*	Hidroliza / ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Hydrolysis / extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**plazma / *plasma***: presejalna metoda / *screening method*: karprofen/*carprofe*n (CPF): CCβ = 50 µg/kg ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 10 µg/kg fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 1 µg/kg tolfenamska kislina */ tolfenamic acid* (TFA): CCβ = 20 µg/kg meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 5 µg/kg 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): CCβ = 1 µg/kg oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): CCβ = 20 µg/kg diklofenak / *diclofenac* (DC): CCβ = 10 µg/kg fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 20 µg/kg flufenamska kislina / *flufenamic acid* : CCβ = 5 µg/kg mefenamska kislina / *mefenamic acid*: CCβ = 5 µg/kg niflumska kislina / *niflumic acid:* CCβ = 5 µg/kg ibuprofen / *ibuprofen*: CCβ = 5 µg/kg naproksen / *naproxen*): CCβ = 5 µg/kg vedaprofen / *vedaprofen*:	DA / *YES* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes* Da */ Yes*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 5 µg/kg firocoksib / *firocoxib*: CCβ = 5 µg/kg potrditvena metoda / *confirmatory method*: karprofen / *carprofen* CPF): (50–1000) µg/kg CCα = 62 µg/kg *U* = 7,1 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 6,9 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 6,2 µg/kg (150 µg/kg) ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): (10–100) µg/kg CCα = 11 µg/kg *U* = 1,7 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 3,0 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 3,6 µg/kg (30 µg/kg) fluniksin / *flunixin* (FLU): (1–20) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,31 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,38 µg/kg (3,0 µg/kg) tolfenamska kislina */ tolfenamic acid* (TFA): (20–200) µg/kg CCα = 23 µg/kg *U* = 1,6 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 1,7 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 4,2 µg/kg (60 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (5–100) µg/kg CCα = 5,6 µg/kg *U* = 1,0 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,6 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 2,6 µg/kg (15 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (1–20) µg/kg CCα = 1,2 µg/kg *U* = 0,32 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,38 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,38 µg/kg (3,0 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): (20–200) µg/kg e CCα = 25 µg/kg *U* = 6,2 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 8,6 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 7,2 µg/kg (60 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DC): (10–200) µg/kg CCα = 12 µg/kg *U* = 3,1 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 3,2 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 3,5 µg/kg (30 µg/kg)	Da */ Yes* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (20–200) µg/kg CCα = 26 µg/kg *U* = 4,0 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 8,0 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 5,5 µg/kg (60 µg/kg)	
				meso / meat:	DA / *YES*
				Presejalna metoda / *screening method*:	
				karprofen/*carprofe*n (CPF): CCβ = 250 µg/kg	Da / *Yes*
				ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 2.5 µg/kg	Da / *Yes*
				fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 5 µg/kg	Da / *Yes*
				tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): CCβ = 25 µg/kg	Da / *Yes*
				meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): CCβ = 2.5 µg/kg	Da / *Yes*
				oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): CCβ = 2.5 µg/kg	Da / *Yes*
				diklofenak / *diclofenac* (DC): CCβ = 2.5 µg/kg	Da / *Yes*
				fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 2.5 µg/kg	Da / *Yes*
				flufenamska kislina / *flufenamic acid (FFA):* CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				mefenamska kislina / *mefenamic acid (MFA)*: CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				niflumska kislina / *niflumic acid (NFA):* CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				ibuprofen / *ibuprofen (IP)*: CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				naproksen / *naproxen* (NP): CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				vedaprofen / *vedaprofen (VDP)*: CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				firocoksib / *firocoxib (FCX)*: CCβ = 10 µg/kg	Da / *Yes*
				Potrditvena metoda / *confirmatory: method*:	DA / *YES*
				karprofen / *carprofen* CPF): (250–2500) µg/kg CCα = 592 µg/kg *U* = 32 µg/kg (250 µg/kg) *U* = 127 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 262 µg/kg (750 µg/kg)	
				ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): (2,5–25) µg/kg CCα = 2,71 µg/kg *U* = 0,46 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 0,75 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,91 µg/kg (7,5 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				fluniksin / *flunixin* (FLU): (5–50) µg/kg CCα = 12,8 µg/kg *U* = 2,0 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 3,8 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 4,5 µg/kg (15 µg/kg) tolfenamska kislina */ tolfenamic acid* (TFA): (25–250) µg/kg CCα = 68,5 µg/kg *U* = 16 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 23 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 35 µg/kg (75 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (10–100) µg/kg CCα = 24,7 µg/kg *U* = 3,2 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 6,9 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 10,6 µg/kg (30 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,53 µg/kg *U* = 1,75 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 1,72 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 2,15 µg/kg (7,5 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,06 µg/kg *U* = 0,86 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 2,12 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 2,34 µg/kg (7,5 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DC): (2,5–25) µg/kg CCα = 2,98 µg/kg *U* = 0,72 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 1,37 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 2,63 µg/kg (7,5 µg/kg) fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,00 µg/kg *U* = 0,81 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 0,97 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 2,15 µg/kg (7,5 µg/kg) firocoksib / *firocoxib (FCX)*: (10–50) µg/kg CCα = 13,2 µg/kg *U* = 2,7 µg/kg (10 µg/kg) flufenamska kislina / *flufenamic acid (FFA):* (10–50) µg/kg CCα = 12,6 µg/kg *U* = 2,2 µg/kg (10 µg/kg) ibuprofen / *ibuprofen (IP)*: (10–50) µg/kg CCα = 12,4 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 2,1 µg/kg (10 µg/kg) mefenamska kislina / *mefenamic acid (MFA)*: (10–50) µg/kg CCα = 14,3 µg/kg *U* = 3,7 µg/kg (10 µg/kg) niflumska kislina / *niflumic acid (NFA):* (10–50) µg/kg CCα = 13,9 µg/kg *U* = 3,4 µg/kg (10 µg/kg) naproksen / *naproxen* (NP): (10–50) µg/kg CCα = 14,1 µg/kg *U* = 3,5 µg/kg (10 µg/kg) vedaprofen / *vedaprofen (VDP)*: (10–50) µg/kg CCα = 14,9 µg/kg *U* = 4,2 µg/kg (10 µg/kg)	
10.	SOP 515, verzija 1 interna metoda *in-house method*	NSAIDi *NSAIDs*	Hidroliza / ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Hydrolysis / extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**mleko / *milk***: **presejalna metoda / *screening method*:** acetaminofen / *acetaminophen (AAP):* CCβ = 5.0 µg/kg antipirin / antipyrine (A): CCβ = 5.0 µg/kg 4-aminoantipirin / 4-aminoantipyrine (AA): CCβ = 5.0 µg/kg 4-acetamidoantipirin / 4-acetamidoantipyrine (AAA): CCβ = 5.0 µg/kg 4-dimetilaminoantipirin / 4-dimethylaminoantipyrine (DMAA): CCβ = 5.0 µg/kg 4-formilaminoantipirin / 4-formylaminoantipyrine (FAA): CCβ = 5.0 µg/kg 4-hidroksiantipirin / 4-hydroxy antipyrine (OH-A): CCβ = 5.0 µg/kg isopropilaminoantipirin / isopropylaminoantipyrine (IPAA): CCβ = 5.0 µg/kg metilaminoantipirin / methylaminoantipyrine (MAA): CCβ = 5.0 µg/kg karprofen/*carprofe*n (CPF): CCβ = 5.0 µg/kg diklofenak / *diclofenac* (DC): CCβ = 0.05 µg/kg firocoksib / *firocoxib (FCX)*: CCβ = 5.0 µg/kg flufenamska kislina / *flufenamic acid (FFA)* : CCβ = 5.0 µg/kg fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 4.0 µg/kg 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH):	DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 4.0 µg/kg ibuprofen / *ibuprofen (IP)*: CCβ = 5.0 µg/kg ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 5.0 µg/kg mefenamska kislina / *mefenamic acid (MFA)*: CCβ = 5.0 µg/kg meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 1.5 µg/kg niflumska kislina / *niflumic acid (NFA):* CCβ = 5.0 µg/kg naproksen / *naproxen (NP*): CCβ = 5.0 µg/kg oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): CCβ = 2.5 µg/kg fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 2.5 µg/kg salicilna kislina / *salicylic acid (SA)*: CCβ = 4.5 µg/kg tolfenamska kislina */ tolfenamic acid (*TFA): CCβ = 5.0 µg/kg vedaprofen / *vedaprofen (VDP)*: CCβ = 5.0 µg/kg **potrditvena metoda / *confirmatory method*:** acetaminofen / *acetaminophen (AAP):* (5–50) µg/kg CCα = 6.81 µg/kg *U* = 1,6 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 2,2 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 2,4 µg/kg (15 µg/kg) antipirin / antipyrine (A) (5–50) µg/kg CCα = 5.78 µg/kg *U* = 0,67 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,0 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,59 µg/kg (15 µg/kg) 4-aminoantipirin / 4-aminoantipyrine (AA) (5–50) µg/kg CCα = 5.95 µg/kg *U* = 0,82 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,7 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 2,0 µg/kg (15 µg/kg) 4-acetamidoantipirin / 4-acetamidoantipyrine (AAA) (5–50) µg/kg CCα = 5.82 µg/kg *U* = 0,70 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,65 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,73 µg/kg (15 µg/kg) 4-dimetilaminoantipirin / 4-dimethylaminoantipyrine (DMAA) (5–50) µg/kg CCα = 5.67 µg/kg *U* = 0,57 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,38 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 1,2 µg/kg (15 µg/kg)	DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				4-formilaminoantipirin / 4-formylaminoantipyrine (FAA) (5–50) µg/kg CCα = 5.78 µg/kg *U* = 0,67 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,58 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 1,0 µg/kg (15 µg/kg) 4-hidroksiantipirin / 4-hydroxy antipyrine (OH-A): (5–50) µg/kg CCα = 7.61 µg/kg *U* = 2,2 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 6,3 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 5,3 µg/kg (15 µg/kg) isopropilaminoantipirin / isopropylaminoantipyrine (IPAA) (5–50) µg/kg CCα = 5.80 µg/kg *U* = 0,69 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,44 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,82 µg/kg (15 µg/kg) metilaminoantipirin / methylaminoantipyrine (MAA) (5–250) µg/kg CCα = 61.4 µg/kg *U* = 6,3 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 14,0 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 26,5 µg/kg (75 µg/kg) karprofen/*carprofe*n (CPF): (5–50) µg/kg CCα = 5.83 µg/kg *U* = 0,71 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,52 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,65 µg/kg (15 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DC): (0.05–0.5) µg/kg CCα = 0.11 µg/kg *U* = 0,006 µg/kg (0,05 µg/kg) *U* = 0,015 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,016 µg/kg (0,15 µg/kg) firocoksib / *firocoxib (FCX)*: (5–50) µg/kg CCα = 6.16 µg/kg *U* = 1,0 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,2 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 2,4 µg/kg (15 µg/kg) flufenamska kislina / *flufenamic acid (FFA)* : (5–50) µg/kg CCα = 7.70 µg/kg *U* = 0,75 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,02 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,95 µg/kg (15 µg/kg) fluniksin / *flunixin* (FLU): (4–200) µg/kg CCα = 4.84 µg/kg *U* = 0,72 µg/kg (4,0 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 3,3 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 2,7 µg/kg (60 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (4–200) µg/kg CCα = 42.6 µg/kg *U* = 0,65 µg/kg (4,0 µg/kg) *U* = 3,2 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 2,2 µg/kg (60 µg/kg) ibuprofen / *ibuprofen (IP)*: (5–50) µg/kg CCα = 8.26 µg/kg *U* = 2,8 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 4,6 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 7,9 µg/kg (15 µg/kg) ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): (5–50) µg/kg CCα = 5.95 µg/kg *U* = 0,82 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,86 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,73 µg/kg (15 µg/kg) mefenamska kislina / *mefenamic acid (MFA)*: (5–50) µg/kg CCα = 5.90 µg/kg *U* = 0,77 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,5 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 1,3 µg/kg (15 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (1.5–75) µg/kg CCα = 16.1 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 1,4 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 1,0 µg/kg (22,5 µg/kg) niflumska kislina / *niflumic acid (NFA):* (5–50) µg/kg CCα = 5.74 µg/kg *U* = 0,64 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,85 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 0,83 µg/kg (15 µg/kg) naproksen / *naproxen (NP*): (5–50) µg/kg CCα = 5.96 µg/kg *U* = 0,82 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,4 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 1,4 µg/kg (15 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OPB): (2.5–25) µg/kg CCα = 2.92 µg/kg *U* = 0,36 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 0,51 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,36 µg/kg (7,5 µg/kg) fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (2.5–25) µg/kg CCα = 3.50 µg/kg *U* = 0,86 µg/kg (2,5 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 0,90 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,97 µg/kg (7,5 µg/kg) tolfenamska kislina */ tolfenamic acid* (TFA): (5–250) µg/kg CCα = 54.5 µg/kg *U* = 1,17 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 5,5 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 6,0 µg/kg (75 µg/kg) vedaprofen / *vedaprofen (VDP)*: (5–50) µg/kg CCα = 6.73 µg/kg *U* = 1,5 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 1,8 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 3,0 µg/kg (15 µg/kg)	
11.	SOP 458, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Kokcidiostatiki, nitroimidazoli *Coccidiostats, Nitroimidazoles*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Jajca /** *Eggs* **Presejalna metoda /** *Screening method*: 3-amino-2-metil-5-nitrobenzamid / 3-amino-2-methyl-5-nitrobenzamide (3-AMNB): CCβ = 10 µg/kg amprol / *amprolium* (AMP): CCβ = 1,0 µg/kg arpinocid / *arpinocid* (ARP): CCβ = 1,0 µg/kg bukuinate / *buquinate* (BUQ): CCβ = 1,0 µg/kg karnidazol/ carnidazole (CRZ): CCβ = 10 µg/kg klazuril / *clazuril* (CLA): CCβ = 1,0 µg/kg klopidol / *clopidol* CLOP): CCβ = 1,0 µg/kg ciromazin/ *cyromazine* (CYR): CCβ = 2,0 µg/kg dekokvinat / *decoquinate* (DECO): CCβ = 10 µg/kg desciano diklazuril / *descyano diclazuril* (DNC DCLA): CCβ = 10 µg/kg diaveridin / *diaveridin* (DIAV): CCβ = 1,0 µg/kg diklazuril / *diclazuril* (DCLA): CCβ = 1,0 µg/kg diflubenzuron / diflubenzuron (DFZ): CCβ = 1,0 µg/kg dinitrolimid / *dinitrolimide* (DINIT) CCβ = 10 µg/kg nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): CCβ = 30 µg/kg etopabat / *ethopabate* (ETH) CCβ = 1,0 µg/kg fluazuron / *fluazuron* (FLZ) CCβ = 1,0 µg/kg fluralaner / f*luralaner (FLR)* CCβ = 65 µg/kg halofuginon / *halofuginone* (HLF): CCβ = 0,6 µg/kg Imidocarb */ Imidocarb* (IMID): CCβ = 20 µg/kg lasalocid / *lasalocid* (LAS):	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 15 µg/kg maduramicin / *maduramicin* (MAD): CCβ = 1,2 µg/kg monensin / *monensin* (MON): CCβ = 1,0 µg/kg narasin / *narasin* (NAR): CCβ = 1,0 µg/kg nekvinat / *nequinate* (NEQ): CCβ = 1,0 µg/kg nitromid / *nitromide* (NIT) CCβ = 20 µg/kg robenidin / *robenidin* (ROB): CCβ = 2,5 µg/kg salinomicin / *salinomicin* (SAL): CCβ = 1,5 µg/kg semduramicin / *semduramicin* (SEM): CCβ = 1,0 µg/kg simeton / *simeton* (SMT) CCβ = 1,0 µg/kg sulfakloropiridazin / *sulphachloropyridazine* (SULF) CCβ = 1,0 µg/kg teflubenzuron / *teflubenzuron* (TFZ) CCβ = 1,0 µg/kg toltrazuril / *toltrazurile* (TOL) CCβ = 10 µg/kg toltrazuril sulfoksid / *toltrazurile* sulfoxyde (TOLSO) CCβ = 10 µg/kg toltrazuril sulfone/ *toltrazurile sulphone* ($TOLSO_2$) CCβ = 1,0 µg/kg **Potrditvena metoda** */ Confirmatory method*: *3-amino-2-metil-5-nitrobenzamid / 3-amino-2-methyl-5-nitrobenzamide (3-AMNB):* (10–60) µg/kg CCα = 16,3 µg/kg *U* = 5,0 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 9,1 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 17,8 µg/kg (40 µg/kg) *amprolium* (AMP): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 2,0 µg/kg *U* = 0,82 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,5 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 3,0 µg/kg (4,0 µg/kg) arpinocid / *arpinocid* (ARP): (1,0–0,6) µg/kg CCα = 1,19 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,28 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,58 µg/kg (4,0 µg/kg) bukuinate / *buquinate* (BUQ): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,25 µg/kg *U* = 0,22 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,42 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,86 µg/kg (4,0 µg/kg)	DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				klazuril / *clazuril* (CLA): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,61 µg/kg *U* = 0,56 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,0 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 2,0 µg/kg (4,0 µg/kg) klopidol / *clopidol* CLOP): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,81 µg/kg *U* = 0,68 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,2 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 2,4 µg/kg (4,0 µg/kg) ciromazin/ *cyromazine* (CYR): (2,0–6,0) µg/kg CCα = 3,16 µg/kg *U* = 1,0 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,0 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 1,3 µg/kg (4,0 µg/kg) dekokvinat / *decoquinate* (DECO): (10–60) µg/kg CCα = 23,7 µg/kg *U* = 2,6 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 4,4 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 8,5 µg/kg (40 µg/kg) desciano diklazuril / *descyano diclazuril* (DNC DCLA): (10–60) µg/kg CCα = 16,6 µg/kg *U* = 5,5 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 6,7 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 16,1 µg/kg (40 µg/kg) diaveridin / *diaveridin* (DIAV): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,48 µg/kg *U* = 0,38 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,64 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 1,2 µg/kg (4,0 µg/kg) diklazuril / *diclazuril* (DCLA): (1–30) µg/kg CCα = 3,15 µg/kg *U* = 1,3 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,6 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 2,5 µg/kg (5,0 µg/kg) diflubenzuron / diflubenzuron (DFZ): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,18 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,22 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,38 µg/kg (4,0 µg/kg) dinitrolimid / *dinitrolimide* (DINIT) (10–60) µg/kg CCα = 16,6 µg/kg *U* = 6,0 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 6,7 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 9,3 µg/kg (40 µg/kg) nikarbazin / *nicarbazin* (DNC):	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(30–900) µg/kg CCα = 462 µg/kg *U* = 78 µg/kg (30 µg/kg) *U* = 189 µg/kg (300 µg/kg) *U* = 409 µg/kg (600 µg/kg) etopabat / *ethopabate* (ETH) (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,11 µg/kg *U* = 0,10 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,18 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,34 µg/kg (4,0 µg/kg) fluralaner / f*luralaner (FLR)* (65-390) µg/kg CCα = 1428 µg/kg *U* = 10,0 µg/kg (65 µg/kg) *U* = 15,8 µg/kg (130 µg/kg) *U* = 30,2 µg/kg (260 µg/kg) halofuginon / *halofuginone* (HLF): (0,6–18) µg/kg CCα = 6,4 µg/kg *U* = 0,28 µg/kg (0,6 µg/kg) *U* = 0,48 µg/kg (6,0 µg/kg) *U* = 0,84 µg/kg (12 µg/kg) imidocarb */ Imidocarb* (IMID): (20–60) µg/kg CCα = 35,5 µg/kg *U* = 14,7 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 25,5 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 37,0 µg/kg (60 µg/kg) lasalocid / *lasalocid* (LAS): (15–450) µg/kg CCα = 243 µg/kg *U* = 15,2 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 127 µg/kg (150 µg/kg) *U* = 267 µg/kg (300 µg/kg) maduramicin / *maduramicin* (MAD): (1,2–36) µg/kg CCα = 17,4 µg/kg *U* = 1,6 µg/kg (1,2 µg/kg) *U* = 6,6 µg/kg (12 µg/kg) *U* = 13,0 µg/kg (24 µg/kg) monensin / *monensin* (MON): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 3,16 µg/kg *U* = 0,82 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,48 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 2,88 µg/kg (4,0 µg/kg) narasin / *narasin* (NAR): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 2,66 µg/kg *U* = 0,54 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,78 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 1,38 µg/kg (4,0 µg/kg) nekvinat / *nequinate* (NEQ): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,18 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,0 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 0,30 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,62 µg/kg (4,0 µg/kg) nitromid / *nitromide* (NIT) (20–60) µg/kg CCα = 31,8 µg/kg *U* = 10,7 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 15,5 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 20,7 µg/kg (60 µg/kg) robenidin / *robenidin* (ROB): (2,5–75) µg/kg CCα = 28,0 µg/kg *U* = 1,1 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 3,7 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 7,4 µg/kg (50 µg/kg) salinomicin / *salinomicin* (SAL): (1,5–9,0) µg/kg CCα = 4,04 µg/kg *U* = 1,3 µg/kg (3,0 µg/kg) *U* = 2,5 µg/kg (6,0 µg/kg) *U* = 3,8 µg/kg (9,0 µg/kg) semduramicin / *semduramicin* (SEM): (1,0–6,0) µg/kg CCα = 3,24 µg/kg *U* = 0,88 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,56 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 2,98 µg/kg (4,0 µg/kg) simeton / *simeton* (SMT) (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,66 µg/kg *U* = 0,52 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,70 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 1,24 µg/kg (4,0 µg/kg) sulfakloropiridazin / *sulphachloropyridazine* (SULF) (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,19 µg/kg *U* = 0,16 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,20 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 0,30 µg/kg (4,0 µg/kg) teflubenzuron / *teflubenzuron* (TFZ) (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,56 µg/kg *U* = 0,50 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,02 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 2,06 µg/kg (4,0 µg/kg) toltrazuril / *toltrazurile* (TOL) (10–60) µg/kg CCα = 14,2 µg/kg *U* = 3,7 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 5,3 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 8,9 µg/kg (40 µg/kg) toltrazuril sulfoksid / *toltrazurile* sulfoxyde (TOLSO) (10–60) µg/kg CCα = 17,1 µg/kg *U* = 5,6 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 9,0 µg/kg (20 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 17,0 µg/kg (40 µg/kg) toltrazuril sulfone/ *toltrazurile sulphone* ($TOLSO_2$) (1,0–6,0) µg/kg CCα = 1,98 µg/kg *U* = 0,86 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 1,70 µg/kg (2,0 µg/kg) *U* = 3,36 µg/kg (4,0 µg/kg) **Meso /** *Meat* **Presejalna metoda /** *Screening method*: **govedo, prašiči, perutnina** / *bovine, porcine, poultry* 3-amino-2-metil-5-nitrobenzamid / *3-amino-2-methyl-5-nitrobenzamide* (3-AMNB): CCβ = 2,5 µg/kg amprol / *amprolium* (AMP): CCβ = 2,5 µg/kg arpinocid / *arpinocid* (ARP): CCβ = 2,5 µg/kg bukuinate / *buquinate* (BUQ): CCβ = 2,5 µg/kg klazuril / *clazuril* (CLA): CCβ = 2,5 µg/kg klopidol / *clopidol* CLOP): CCβ =2,5 µg/kg ciromazin/ *cyromazine* (CYR): CCβ = 2,5 µg/kg dekokvinat / *decoquinate* (DECO): CCβ = 2,0 µg/kg desciano diklazuril / *descyano diclazuril* (DNC DCLA): CCβ = 2,5 µg/kg diaveridin / *diaveridin* (DIAV): CCβ = 2,5 µg/kg diklazuril / *diclazuril* (DCLA): CCβ = 2,5 µg/kg diflubenzuron / diflubenzuron (DFZ): CCβ = 2,5 µg/kg dinitrolimid / *dinitrolimide* (DINIT) CCβ = 2,5 µg/kg nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): CCβ = 5,0 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 200 µg/kg etopabat / *ethopabate* (ETH) CCβ = 2,,5 µg/kg fluazuron / *fluazuron* (FLZ) CCβ = 20 µg/kg fluralaner / f*luralaner (FLR)* CCβ = 2,5 µg/kg halofuginon / *halofuginone* (HLF): CCβ = 1,0 µg/kg lasalocid / *lasalocid* (LAS): CCβ = 1,0 µg/kg maduramicin / *maduramicin* (MAD): CCβ = 1,0 µg/kg monensin / *monensin* (MON): CCβ = 1,0 µg/kg narasin / *narasin* (NAR): CCβ = 2,5 µg/kg nekvinat / *nequinate* (NEQ): CCβ = 2,5 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				nitromid / *nitromide* (NIT) CCβ = 2,5 µg/kg robenidin / *robenidin* (ROB): CCβ = 2,5 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 20 µg/kg salinomicin / *salinomicin* (SAL): CCβ = 1,0 µg/kg semduramicin / *semduramicin* (SEM): CCβ = 1,0 µg/kg simeton / *simeton* (SMT) CCβ = 2,5 µg/kg sulfakloropiridazin / *sulphachloropyridazine* (SULF) CCβ = 2,5 µg/kg teflubenzuron / *teflubenzuron* (TFZ) CCβ = 2,5 µg/kg toltrazuril / *toltrazurile* (TOL) CCβ = 10 µg/kg toltrazuril sulfoksid / *toltrazurile* sulfoxyde (TOLSO) CCβ = 10 µg/kg toltrazuril sulfone/ *toltrazurile sulphone* ($TOLSO_2$) CCβ = 10 µg/kg **Jetra /** *Liver* **Presejalna metoda /** *Screening method*: **govedo, prašiči, perutnina, gojena divjad, kunci** / *bovine, porcine, poultry, farmed game, rabbit* amprol / *amprolium* (AMP): CCβ = 20 µg/kg klopidol / *clopidol* CLOP): CCβ = 20 µg/kg dekokvinat / *decoquinate* (DECO): CCβ = 10 µg/kg diklazuril / *diclazuril* (DCLA): CCβ = 20 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 500 µg/kg nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): CCβ = 50 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 500 µg/kg halofuginon / *halofuginone* (HLF): CCβ = 15 µg/kg lasalocid / *lasalocid* (LAS): CCβ = 25 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 50 µg/kg maduramicin / *maduramicin* (MAD): CCβ = 1,0 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 75 µg/kg monensin / *monensin* (MON): CCβ = 4,0 µg/kg narasin / *narasin* (NAR): CCβ = 25 µg/kg nekvinat / *nequinate* (NEQ): CCβ = 25 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 50 µg/kg robenidin / *robenidin* (ROB): CCβ = 25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				razen perutnina / *except poultry* CCβ = 200 µg/kg salinomicin / *salinomicin* (SAL): CCβ = 2,5 µg/kg semduramicin / *semduramicin* (SEM): CCβ = 1,0 µg/kg teflubenzuron / *teflubenzuron* (TFZ) CCβ = 1,0 µg/kg toltrazuril / *toltrazurile* (TOL) CCβ = 250 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 500 µg/kg toltrazuril sulfone/ *toltrazurile sulphone* ($TOLSO_2$) CCβ = 250 µg/kg **razen perutnina** / *except poultry* CCβ = 500 µg/kg	
12.	SOP 422, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Antimikrobne substance *Antimicrobial substances*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Mleko /** *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: penicilin G / *penicillin G*: (2–20) µg/kg CCα = 4,3 µg/kg *U* = 0,20 µg/kg (2 µg/kg) *U* = 0,31 µg/kg (4 µg/kg) *U* = 0,62 µg/kg (6 µg/kg) ampicilin / *ampicillin*: (2–20) µg/kg CCα = 4,5 µg/kg *U* = 0,33 µg/kg (2 µg/kg) *U* = 0,70 µg/kg (4 µg/kg) *U* = 0,82 µg/kg (6 µg/kg) linkomicin / *lincomicin*: (75–750) µg/kg CCα = 155 µg/kg *U* = 6,0 µg/kg (75 µg/kg) *U* = 8,7 µg/kg (150 µg/kg) *U* = 12,0 µg/kg (225 µg/kg) kloksacilin / *cloxacillin*: (15–150) µg/kg CCα = 34 µg/kg *U* = 2,9 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 4,6 µg/kg (30 µg/kg) *U* = 6,9 µg/kg (45 µg/kg) nafcilin / *nafcillin:* (15–150) µg/kg CCα = 33 µg/kg *U* = 1,5 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 3,1 µg/kg (30 µg/kg) *U* = 4,0 µg/kg (45 µg/kg) novobiocin / *novobiocin*: (25–250) µg/kg CCα = 56 µg/kg *U* = 4,6 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 11 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 17 µg/kg (75 µg/kg)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				cefoperazon / *cefoperazone*: (25–250) µg/kg CCα = 54 µg/kg *U* = 2,4 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 3,0 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 33 µg/kg (75 µg/kg) ceftiofur / *ceftiofur*: (50–500) µg/kg CCα = 106 µg/kg *U* = 3,5 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 8,8 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 14 µg/kg (150 µg/kg) eritromicin / *eritromicin*:: (20–200) µg/kg CCα = 42 µg/kg *U* = 1,4 µg/kg (20 µg/kg) *U* = 2,2 µg/kg (40 µg/kg) *U* = 4,4 µg/kg (60 µg/kg) **Presejalna metoda /** *Screening method*: amoksicilin / *amoksicillin*: CCβ = 2,0 µg/kg **Krma /** Feed linkomicin / *lincomicin*: LOQ = 75 µg/kg	DA / *YES* NE / *NO*
13.	SOP 425, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Kovine *Metals*	Mikrovalovni razklop / induktivno sklopljena plazma z masno selektivnim detektorjem (ICP-MS) *Presure digestion / inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)*	**Mleko /** *Milk*: Pb: (0,007–1,000) mg/kg LOD Pb = 0,002 mg/kg LOQ Pb = 0,007 mg/kg *U* = 20 % mg/kg (0,007–0,100 mg/kg) *U* = 15 % mg/kg (0,101–1,000 mg/kg) Cd: (0,002-0,500) mg/kg LOD Cd = 0,0007 mg/kg LOQ Cd = 0,002 mg/kg *U* = 20 % (0,002–0,020 mg/kg) *U* = 10 % (0,021–0,500 mg/kg) Ostali elementi **Meso /** *Meat* Pb: (0,01–5,000) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,010 mg/kg *U* = 15 % mg/kg (0,010–0,100 mg/kg) *U* = 10 % mg/kg (0,101–5,000 mg/kg) Cd: (0,005–2,500) mg/kg LOD Cd = 0,0015 mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg *U* = 25 % (0,005–0,020 mg/kg) *U* = 10/ % (0,021–2,500 mg/kg) Ostali elementi	DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Jetra, ledvica in morski sadeži / *Liver, kidney and seafood*	
				Pb: (0,02–4,00) mg/kg LOD Pb = 0,006 mg/kg LOQ Pb = 0,02 mg/kg *U* = 25 % mg/kg (0,02–0,059 mg/kg) *U* = 20 % mg/kg (0,06–0,100 mg/kg) *U* = 10 % mg/kg (0,101–4,00 mg/kg)	DA / *YES*
				Cd: (0,01–2,00) mg/kg LOD Cd = 0,003 mg/kg LOQ Cd = 0,01 mg/kg *U* = 20 % (0,01–0,050 mg/kg) *U* = 10 % (0,051–2,00 mg/kg	DA / *YES*
				Ostali elementi	NE / *NO*
				Med / *Honey*	
				Pb: (0,01–0,20) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,01 mg/kg *U* = 6 % mg/kg (0,01–0,100 mg/kg) *U* = 10 % mg/kg (0,101–0,20 mg/kg)	DA / *YES*
				Cd: (0,005–2,500) mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg	NE / *NO*
				Ostali elementi	NE / *NO*
				Jajca / *Eggs*	
				Pb: (0,01–5,000) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,010 mg/kg	NE / *NO*
				Cd: (0,005–2,500) mg/kg LOD Cd = 0,0015 mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg	NE / *NO*
				Ostali elementi	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
14.	SOP 438, verzija 2 interna metoda *in-house method*	PSP toksini *PSP toxins*	Ekstrakcija / oksidacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) - presejalna metoda *Extraction / oxidation / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD) – screening method*	**Školjke** */ Mussels* **Užitna klapavica** ***(Mytilus galloprovincialis)*** CCβ = 300 µg/kg neosaxitoxin (NEO) gonyautoxin 1 in / and gonyautoxin 4 (GTX1,4) CCβ = 100 µg/kg saxitoxin (STX) decarbamoylsaxitoxin (dc STX) gonyautoxin 5 (GTX 5) gonyautoxin 2 in */ and* gonyautoxin 3 (GTX2,3) decarbamoylgonyautoxin 2 in */ and* decarbamoylgonyautoxin 3 (dc GTX2,3) N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 1 in */ and* N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 2 (C1,2)	DA / *YES*
15.	SIST EN 16204:2012 SOP 439, verzija 3	Lipofilni toksini *Lipophilic toxins*	Ekstrakcija / hidroliza / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / hydrolysis,/ liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Školjke** */ Mussels* **Užitna klapavica** ***(Mytillus galloprovincialis)*** **Potrditvena metoda** */Confirmatory method* *okadaic acid group(OA)* (15–320) µg/kg LOQ = 15 µg/kg *U* = 65,2 µg/kg (87 µg/kg) *U* = 17 µg/kg (160 µg/kg) *U* = 25 µg/kg (240 µg/kg) *pectenotoxins group (PTX)* (15–320) µg/kg LOQ = 15 µg/kg *U* = 18,6 µg/kg (22 µg/kg) *U* = 15 µg/kg (80 µg/kg) *U* = 36 µg/kg (160 µg/kg) *U* = 42 µg/kg (240 µg/kg) *azaspiracids group* (AZA) (15–320) µg/kg LOQ = 15 µg/kg *U* = 8,9 µg/kg (16 µg/kg) *U* = 11 µg/kg (80 µg/kg) *U* = 26 µg/kg (160 µg/kg) *U* = 50 µg/kg (240 µg/kg) SPX1 (15–320) µg/kg LOQ = 15 µg/kg *U* = 11,1 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 17 µg/kg (80 µg/kg) *U* = 41 µg/kg (160 µg/kg) *U* = 43 µg/kg (240 µg/kg) GYM (15–320) µg/kg LOQ = 15 µg/kg *U* = 9,7 µg/kg (15 µg/kg) *U* = 7,9 µg/kg (80 µg/kg) *U* = 27 µg/kg (160 µg/kg) *U* = 32 µg/kg (240 µg/kg) yessotoxins group (YTX)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(30–2000) µg/kg LOQ = 30 µg/kg *U* = 11,8 µg/kg (17 µg/kg) *U* = 99 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 186 µg/kg (1000 µg/kg) *U* = 341 µg/kg (2000 µg/kg)	
16.	SOP 462, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Pomirjevala *Sedatives*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod in fluorescenčnim detektorjem (HPLC-DAD-FLD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD-FLD)*	**Jajca /** *Eggs* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg **Urin /** *Urine* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg Azaperon */ Azaperon:* CCβ = 2,5 µg/kg Azaperol */ Azaperol:* CCβ = 2,5 µg/kg **Ledvice /** *Kidney* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg Azaperon */ Azaperon:* CCβ = 2,5 µg/kg Azaperol */ Azaperol:* CCβ = 2,5 µg/kg Acepromazine / *Acepromazine*: CCβ = 25 µg/kg Propiopromazin / *Propiopromazine*: CCβ = 25 µg/kg **Mleko /** *Milk*: Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg	*DA / YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
17.	SOP 154, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi in dapson *Sulfonamides and dapsone*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD) *Extraction / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD)*	**Mleko /** *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: (25–150) µg/L sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) *U* = 11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP) *U* = 9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfadimetoksin / sulfadimetoxine (SDM) *U* = 8 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfadiazin / sulfadiazne (SDZ) *U* = 9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfamonometoksin / sulfamonometoxine (SMM) *U* = 9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 108 µg/kg sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) *U* = 12 µg/l (100 µg/kg) CCα = 110 µg/kg sulfametazin / sulfametazine (SMZ) *U* = 11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) *U* = 10 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfakinoksalin / sulfaquinoxaline (SQX) *U* = 10 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfisoksazol / sulfisoxazole (SFX) *U* = 11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg **Presejalna metoda /** *Screening method:* dapson / dapsone (DP) CCβ = 2,5 µg/kg	DA / *YES* DA */ YES* DA */ YES*
18.	SOP 159, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / derivatizacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) - presejalna metoda *Extraction / derivatization / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD) – screening method*	**Med /** *Honey* (5–50) µg/kg **Presejalna metoda /** *Screening method:* CCβ = 5 µg/kg sulfanilamide / *sulfanilamide* (SAD) sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY) sulfadiazine / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ)	DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM)	
19.	AOAC official method 2007.04:2007 SOP 484, verzija 2	Maščoba, voda, beljakovine *Fat, moisture, protein*	NIR spektrofotometrija s kalibracijo z umetno nevronsko mrežo *Near-Infrared Spectrophotometer with Artificial Neural Network Calibration Model*	**Meso in mesni izdelki/** *Meat and meat products* Beljakovine/*protein* 9 – 30 g/100 g *U* = 6,7 % Maščobe/*fat*: 6 – 40 g/100 g *U* = 10 % 1 – 5,9 g/100 g *U* = 28 % Voda/*moisture*: 30 – 80 g/100 g *U* = 4,5 %	DA / *YES*
20.	ISO 23776:2021 Poglavje 7 *Chapter 7* SOP 148, verzija 8	Celotni fosfor (P_2O_5) *Total phosphorus (P_2O_5)*	Hidroliza pepela / oksidacija / spektrofotometrična določitev *Hydrolysis of ash / oxidation / spectrophotometric determination*	**Mesni izdelki** */ Meat products* P_2O_5: 0,1 – 0,7 g/100 g *U* = 6 % **Sušene mesnine** */ Dry meat products* *U* = 7 %	DA / *YES* DA / *YES*
21.	ISO 3496:1994 modificirana *modified* SOP 164, verzija 3	Hidroksiprolin *Hydroxyproline* Preračun v % kalogena: faktor 8 *Calculation of % callogen: factor 8*	Hiodroliza pepela / oksidacija / spektrofotometrična določitev *Hydrolysis / oxidation / spectrophotometric determination*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* (0,05–0,5) g/100g Vzorci z > 0,1 g/100 g hidroksiprolina *U* = 12 % Vzorci z ≤ 0,1 g/100g hidroksiprolina *U* = 18 %	DA / *YES*
22.	ISO 1442:2023 Poglavje 7 *Chapter 7* modificirana *modified* SOP 170, verzija 6	Vlaga *Moisture*	Sušenje / gravimetrčna določitev *Drying / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (20–80) g/100g *U* = 1,0 % **Sušene mesnine** / *Dry meat products* *U* = 2,3 %	DA / *YES* DA / *YES*
23.	ISO 1443:1973 modificirana *modified* SOP 179, verzija 5	Celotna maščoba *Total fat content*	Ekstrakcija / kislinska hidroliza / gravimetrična določitev *Extraction / acid hydrolysis / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (1 – 50) g/100g Vzorci s vsebnostjo maščobe < 6 g/100 g *U* = 14 % Vzorci s vsebnostjo maščobe ≥ 6 g/100 g *U* = 5 %	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
24.	AOAC official method 1995 973.31 modificirana *modified* SOP 2, verzija 8	Nitriti *Nitrites*	Ekstrakcija / derivatizacija / spektofotometrična določitev *Extraction / derivatization / spectrophotometric determination*	**Mesni izdelki** / *Meat products* (5–140) mg/kg NaNO2: (5 – 10) mg/kg *U* = 50 % (10 – 30) mg/kg *U* = 20 % (30 – 140) mg/kg *U* = 13 %	DA / *YES*
25.	ISO 936:1998 SOP 281, verzija 3	Celotni pepel *Total ash*	Sežig / gravimetrčna določitev *Incineration / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (1–7,5) g/100g *U* = 3,6 %	DA / *YES*
26.	SOP 496, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Stilbeni in steroidni hormoni Stilbenes and steroidal hormones	Hidroliza / čiščenje / derivatizacija / plinska kromatografija s tandemsko masno spektometrijo (GC-MS/MS) *Hydrolysis / clean-up / derivatization / gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)*	**Urin /** *urine* dienestrol / dienestrol (DE) (0,5–50) µg/l *U* = 24% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,61 µg/l dietilstilbestrol / diethylstilbestrol (DES) (0,25–50) µg/l *U* = 18% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,31 µg/l heksestrol / hexestrol (HEX) (0,5–50) µg/l *U* = 35% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,72 µg/l benzestrol / benzestrol (BENZ) (0,5–50) µg/l *U* = 40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,74 µg/l nortestosteron / nortestosterone (NT) (0,25–50) µg/l *U* = 20% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,31 µg/l α-estradiol / α-estradiol (α-E) (0,5–50) µg/l *U* = 40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l β-estradiol / β-estradiol (β-E) (0,5–50) µg/l *U* = 40% (0,5 µg/l) *U* = 24% (c ≥ 1,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				boldenon / boldenone (BOLD) (0,5–50) µg/l *U* = 20% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,62 µg/l metenolon / methenolone (METH) (0,5–50) µg/l *U* = 18% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,57 µg/l estron / estrone (EST) (1,0–50) µg/l *U* = 14% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,12 µg/l α-testosteron / α-testosterone (α-T) (1,0–50) µg/l *U* = 12% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,07 µg/l β-testosteron / β-testosterone (β-T) (0,5–50) µg/l *U* = 30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,64 µg/l metiltestosteron / methyltestosterone (MTT) (0,25–50) µg/l *U* = 14% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,30 µg/l metandrostenolon / methandrostenolone (METHAND) (0,25–50) µg/l *U* = 48% (0,25 - 0,5 µg/l) *U* = 22% (c ≥ 0,75 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,43 µg/l etinilestradiol / ethinylestradiol (EE) (0,25–50) µg/l *U* = 28% (0,25 – 0,5 µg/l) *U* = 13% (c ≥ 0,75 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,34 µg/l mestranol / mestranol (MEST) (0,5–50) µg/l *U* = 53% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,78 µg/l noretandrolon / norethandrolone (NORETH) (0,5–50) µg/l *U* = 40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,70 µg/l	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				progesteron / progesterone (PROG) (1,0–50) µg/l *U* = 30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,34 µg/l medroksiprogesteron / medroxyprogesterone (MP) (0,5–50) µg/l *U* = 40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,64 µg/l klostebol / clostebol (CLOS) (0,25–50) µg/l *U* = 36% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,34 µg/l norgestrel / norgestrel (NORG) (0,5–50) µg/l *U* = 30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,62 µg/l ekvilin / equline (EQ) (1,0–50) µg/l *U* = 42% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,40 µg/l CLAD (0,25-10) µg/l *U* = 37% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,36 µg/l **Plazma** / *plasma* β-estradiol / β-estradiol (β-E) (0,1–50) µg/l *U* = 0.016 µg/l (0,05 µg/l) *U* = 0.017 µg/l (0.10 µg/l) *U* = 0.017 µg/l (0.15 µg/l) CCα = 0,08 µg/l β-testosteron / β-testosterone (β-T) (0,1–50) µg/l *U* = 0.043 µg/l (0,25 µg/l) *U* = 0.062 µg/l (0.50 µg/l) *U* = 0.065 µg/l (0.75 µg/l) CCα = 0,32 µg/l **Presejalna metoda /** *Screening method:* **Voda** / *Water* dienestrol / dienestrol (DE) CCβ = 0,5 µg/l dietilstilbestrol / diethylstilbestrol (DES) CCβ = 0,25 µg/l heksestrol / hexestrol (HEX) CCβ = 0,5 µg/l benzestrol / benzestrol (BENZ) CCβ = 0,5 µg/l	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
27.	SOP 495, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Laktoni rezorcilne kisline *Resorcylic acid lactones*	Hidroliza / ekstrakcija / derivatizacija / plinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (GC-MS/MS) *Hydrolysis / ekstraction / derivatization / gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)*	**Urin** / *Urine* α-zearalenol / α-zearalenol (α-ZEL) (1,0–50) µg/l *U* = 47% (1,0 µg/l) *U* = 25% (c ≥ 2,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,55 µg/l β-zearalenol / β-zearalenol (β-ZEL) (1,0–50) µg/l *U* = 63% (1,0 µg/l) *U* = 40% (2,0 µg/l) *U* = 35% (c ≥ 3,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,74 µg/l α-zearalanol / α-zearalanol (α-ZAL) (0,5–50) µg/l *U* = 27% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,67 µg/l β-zearalanol / β-zearalanol (β-ZAL) (0,5–50) µg/l *U* = 26% (0,5 µg/l) *U* = 20% (c ≥ 1,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l zearalanon / zearalanone (ZAN) (1,0–50) µg/l *U* = 57% (1,0 µg/l) *U* = 41% (c ≥ 2,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,67 µg/l zearalenon / zearalenone (ZEN) (1,0–50) µg/l *U* = 67% (1,0 µg/l) *U* = 57% (2,0 µg/l) *U* = 43% (c ≥ 3,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,77 µg/l **Presejalna metoda /** *Screening method:* **Voda** / *Water* α-zearalenol / α-zearalenol (α-ZEL) β-zearalenol / β-zearalenol (β-ZEL) zearalanon / zearalanone (ZAN) zearalenon / zearalenone (ZEN) CCβ = 1,0 µg/l α-zearalanol / α-zearalanol (α-ZAL) β-zearalanol / β-zearalanol (β-ZAL) CCβ = 0,5 µg/l	DA / *YES* DA / *YES*
28.	Interna metoda In-house method	Natrij Sodium	Sežig / plamenska atomska emisijska spektrometrija *Incineration / flame atomic emission spectroscopy*	**Živila /** *Food* LOQ 0,01 g/100 g	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
29.	SOP 169 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/627 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627	celokupni hlapni bazični dušika (TVB-N) TVB-N	Referenčna metoda Reference method	**Ribe in ribiški proizvodi /** *Fish and fishery products* TVB-N: (5 – 100) mg/100 g	NE / *NO*
30.	ISO 2917 SOP 191	Merjenje pH Measurement of pH	Merjenje prevodnosti *Measurment of conductivity*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products*	NE / *NO*
31.	SOP 299 Interna metoda In-house method	Določevanje prostih maščobnih kislin *Determination of acid value and acidity*	Titracija *Titration*	**Rastlinska in živalska maščoba in olja /** *Animal and vegetable fats and oils*	NE / *NO*
32.	ISO 3960 SOP 301	Določanje peroksidnega števila *Determination of peroxide value*	Iodometrična (vizualna) določitev končne točke *Iodometric (visual) endpoint determination*	**Rastlinska in živalska maščoba in olja /** *Animal and vegetable fats and oils*	NE / *NO*
33.	SOP 456, verzija 3 Interna metoda In-house method	HMF (5-hidroksimetilfurfuraldehid) / *HMF (5-hydroxymethylfurfuraldehyde)*	Vodna raztopina / filtracija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD) *Water solution / filtration / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD)*	**Med in sirup /** *Honey* (2,0 -100) mg/kg LOD = 1,0 mg/kg LOQ = 2,0 mg/kg *U* = 23 % (2 - 9,9 mg/kg) *U* = 15 % (10 – 24,9 mg/kg) *U* = 7 % (25 – 100 mg/kg) **Hrana za čebele /** *Bee feed* (2,0 -100) mg/kg LOD = 1,0 mg/kg LOQ = 2,0 mg/kg *U* = 23 % (2 - 9,9 mg/kg) *U* = 15 % (10 – 24,9 mg/kg) *U* = 7 % (25 – 100 mg/kg)	DA / *YES* DA / *YES*
34.	SOP 476 Interna metoda In-house method	Maščobne kisline v živilih *Fatty acids in food*	Extracion / derivatization / plinska kromatografija s plamenskim ionizacijskim detektorjem GC-FID *Extraction / derivatization / gas chromatography with flame ionisation detectorGC-FID*	**Živila /** *Food* LOD = 0,05 %	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
35.	SOP 444 interna metoda *in-house method*	Določanje nizkomolekularnih sladkorjev *Determination of low molecular weigt carbohidrates*	Extracion / derivatization / tankoplastna kromatografija (HPTLC) / pektrofotometrična detekcija *Extraction / derivatization / thin-layer chromatography (HPTLC) / spectrophotometric detection - screening method*	**Živila /** *Food* saharoza / *saccharose:* (0,05–5) g/100 g fruktoza / *fructose:* (0,05–5) g/100 g maltoza / *maltose:* (0,05–5) g/100 g laktoza / *lactose:* (0,05–5) g/100 g glukoza / *glucose:* (0,05–5) g/100 g	NE / *NO*
36.	SOP 508, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Kinoloni; prisotnost *Quinolones; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Quinosensor) – Competitive receptor test (Quinosensor)	**Surovo kravje mleko /** *Raw cow milk:* enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) CCβ = 20 µg/kg ciprofloksacin / *ciprofloxacin* (CPF) danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) difloksacin / *difloxacin* (DIF) CCβ = 25 µg/kg norfloksacin / *norfloxacin* (NOR) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) CCβ = 30 µg/kg sarafloksacin */ sarafloxacin* (SAR) CCβ = 35 µg/kg flumekvin */ flumequin* (FLU) CCβ = 40 µg/kg oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) not sensitive	DA / *YES*
37.	SOP 513, ver.3 interna metoda *in-house method*	Beta-laktami in tetraciklini; prisotnost *Beta-lactams and tetracyclines; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor plus) *Competitive receptor test (Twinsensor plus)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw bovine milk* ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg penicilin G / *penicillin G* CCβ = 3 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg dikloksacilin / *dicloxacillin* CCβ = 10 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 10 µg/kg oksacilin / oxa*cillin* CCβ = 18 µg/kg piperacilin / *piperacillin* CCβ = 4 µg/kg tikarcilin / *ticarcillin* CCβ = 30 µg/kg aspoksicilin / aspoxicillin CCβ = 5 µg/kg penicilin V / *penicillin V* CCβ = 4 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 15 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				desfuroil ceftiofur / *desfuroyl ceftiofur* CCβ = 80 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 22 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 8 µg/kg dezacetil cefapirin */ desacetyl cephapirin* CCβ = 50 µg/kg cefacetril / *cefacetril* CCβ = 30 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 6 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 5 µg/kg cefalotin / *cefalotine* CCβ = 6 µg/kg ceftriakson / *ceftriaxone* CCβ = 10 µg/kg ceftizoksim / *ceftizoxime* CCβ = 450 µg/kg cefotaksim / *cefotaxime* CCβ = 40 µg/kg cefuroksim / *cefuroxime* CCβ = 125 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 40 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 60 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 15 µg/kg	
38.	SOP 421 interna metoda *in-house method*	Preiskava na tetraciklinske antibiotike v medu s testom TETRASENSOR *Screening method for tetracyclines antibiotics in honey - TETRASENSOR*	Tetrasensor test, presejalna Test na osnovi vezave protiteles (Quinosensor) *Tetrasensor test, screening method* *Competitive receptor test (Quinosensor)*	**Med /** *Honey* tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 15 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 10 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 15 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 10 µg/kg	NE / *NO*
39.	ISO 7932	Štetje domnevno prisotnih *Bacillus cereus* *Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* *U* = 0,26 $\log_{10}$ cfu/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* *U* = 0,26 $\log_{10}$ cfu/g	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
40.	ISO 10273 Modifikacija / *modification*	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Yersinia enterocolitica* *Horizontal method for the detection Yersinia enterocolitica*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* **Brisi okolja /** *Environmental swabs*	NE / *NO*
41.	ISO 15213 SOP 397	Sulfit reducirajoči klostridiji (potrditev, število) *Sulfite-reducing clostridia (confirmation, enumeration)*	Rast na gojišču v anaerobnih pogojih / štetje kolonij / potrditev (IMP - Identifikacija z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul MALDI-TOF) *Growth on medium under anaerobic conditions / colony count / confirmation (IMP - detection using Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight; MALDI-TOF*	**Živila, voda /** *Food, water*	NE / *NO*
42.	ISO 15216-2:2019 SOP 527, ver.1	Nukleinska kislina virusa hepatitisa A in norovirusa; prisotnost *Nucleic acid of hepatitis A virus and norovirus; detection*	Izolacija RNA / reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / REAL-time reverse transcription and polymerase chain reaction (real time RT-PCR)*	**Školjke /** ***S****hellfish* LOD (HAV) = 29,065 kopij/g LOD (NoV GI) = 18,564 kopij/g LOD (NoV GII) = 59,705 kopij/g	DA / *YES*
43.	ISO 21807	Določanje aktivnosti vode *Determination of water activity*		**Živila /** *Food*	NE / *NO*
44.	ISO 21872-1	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Vibrio parahaemolyticus* *Horizontal method for detection of Vibrio parahaemolyticus*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
45.	ISO 19020:2017 SOP 460, verzija 3	Stafilokokni enterotoksini tipov SEA do SEE *Staphylococcal enterotoxins types SEA to SEE*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Živila /** *Food* LOD = 0,05 ng/ml oz. 0,05 ng/g	DA / *YES*
46.	interna metoda *in-house method*	*Clostridium difficile*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
47.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Clostridium difficile* – izolacija *Horizontal method for detection of Clostridium difficile - isolation*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 5 cfu	NE / *NO*
48.	ISO 17410	Ugotavljanje števila psihrotropnih mikroorganizmov *Horizontal method for the enumeration of psychrotropic microorganisms*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
49.	ISO 7937 modificiran / *modified* SOP 507	*Clostridium perfringens*; število *Clostridium perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 cfu/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 cfu/g (ml) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 cfu/g (ml) **Hrana za domače živali /** *Pet food and animal feed* LOD = 10 cfu/g (ml)	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
50.	ISO 15214	Ugotavljanje števila mezofilnih mlečnokislinskih bakterij – štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
51.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila plesni in kvasovk *Horizontal method for the enumeration of molds and yeasts*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count* ≧≧	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
52.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila anaerobnih bakterij - štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of anaerobic bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na gojišču / štetje kolonij *Growth on medium / colony count*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
53.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila sporogenih bakterij - štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of sporogenic bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na gojišču / štetje kolonij *Growth on medium / colony count*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
54.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje prisotnosti tkiv centralnega živčnega sistema *Detection of central nervous system tissue*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Brisi /** S*wabs*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
55.	SOP 420, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Kinoloni; prisotnost *Quinolones; detection*	Zaviranje rasti bakterijskega seva v prisotnosti pripravljenega vzorca - mikrobiološka presejalna metoda *Inhibition of bacterial growth in contact with prepared sample - Microbiological screening assay*	**Jajca /** *Eggs*: danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) CCβ = 10 µg/kg enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) sarafloksacin */ sarafloxacin* (SAR) CCβ = 15 µg/kg orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) CCβ = 25 µg/kg difloksacin / *difloxacin* (DIF) CCβ = 60 µg/kg flumekvin */ flumequin* (FLU) oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) CCβ = 300 µg/kg **Meso /** *Meat*: difloksacin / *difloxacin* (DIF) enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) CCβ = 50 µg/kg flumekvin */ flumequin* (FLU) danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) sarafloksacin */ sarafloxacin* (SAR) CCβ = 100 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES*
56.	ISO 6888-2:2021 SOP 204, verzija 4	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureuus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* ***Hrana za živali in krma*** */ Pet food and animal feed* **Okoljski vzorci** */ Environmental samples* U = 0,17 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
57.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 5	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* **Izsečki in brisi trupov** */ Carcasses meat and swabs* ***Hrana za živali in krma*** */ Pet food and animal feed* **Okoljski vzorci** */ Environmental samples* U = 0,14 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
58.	ISO 6579-1:2017 brez potrditve *without confirmation* SOP 400, verzija 3	*Salmonella spp*.; prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective mediia / isolation*	**Živila /** *Food* $eLOD_{50}$ = 2,6 cfu/25g **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* $eLOD_{50}$ < 0,8 cfu/vzorec **Hrana za živali in krma** / *Pet food and animal feed* $eLOD_{50}$ < 0,8 cfu/25g **Okoljski vzorci /** *Environmental samples* $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu/vzorec	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
59.	ISO 11290-1:2017 brez potrditve *without confirmation* SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.:* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp :. detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 5 cfu/25g(ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5-10 cfu/vzorec *Listeria spp.*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
60.	ISO 11290-2:2017 brez potrditve *without confirmation* SOP 314, verzija 3	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* *U* = 0,19 log_{10} cfu/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* *U* = 0,13 log_{10} cfu/g *Listeria spp.*	DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
61.	ISO 10272-1:2017 postopek A *procedure A* brez potrditve *without confirmation* SOP 187, verzija 5	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37°C in 41,5°C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču *A - Growth with pre-enrichment at 37°C and 41,5°C in a microaerobic* conditions / *isolation on selective medium*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 cfu/10g **Mleko** / *Milk* LOD = 5-10 cfu/10g	DA / *YES* DA / *YES*
62.	ISO 10272-2:2017 SOP 385, verzija 3	*Campylobacter spp*.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in *a microaerobic conditions / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* *U* = 0,28 log_{10} cfu/g	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
63.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* **Hrana za živali in krma** */ Pet food and animal feed* ***Okoljski vzorci*** */ Environmental samples* *U* = 0,15 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
64.	ISO 16649-3:2015 SOP 192, verzija 4	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na obogatitvenem in selektivnem gojišču / izračun najverjetnejšega števila (MPN) *Growth on enrichment and selective medium / calculation of most probable number (MPN)*	**Školjke /** *Shellfish* *U* = 0,60 $\log_{10}$ cfu/100 g	DA / *YES*
65.	ISO 21528-2:2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium at 37 °C / colony count / confirmation*	**Živila /** *Food* **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* **Hrana za živali in krma** */ Pet food and animal feed* ***Okoljski vzorci*** */ Environmental samples* *U* = 0,17 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
66.	SOP 196, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Aflatoksin M_1 *Aflatoxin* M_1	Ekstrakcija z imunoafinitetno kolono / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Immunoaffinity column extraction / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Mleko /** *Milk* 0,015–1 μg/kg LOD = 0,005 μg/kg LOQ = 0,015 μg/kg *U* = 0,004 μg/kg (0,015 μg/kg) *U* = 0,012 μg/kg (0,050 μg/kg) *U* = 0,24 μg/kg (1 μg/kg) **Mleko v prahu /** *Milk powder* 0,15–10 μg/kg LOD = 0,05 μg/kg LOQ = 0,15 μg/kg *U* = 0,12 μg/kg (0,50 μg/kg) **Sir, sladoled, smetana, jogurt** / *Cheese, ice-cream, cream, yoghurt*	DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				0,045–0,500 µg/kg LOD = 0,015 µg/kg LOQ = 0,045 µg/kg *U* = 0,022 µg/kg (0,050 µg/kg)	
67.	SOP 195, verzija 8 interna metoda *in-house method*	Aflatoksin B_1 *Aflatoxin B_1*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Jetra** / *Liver* 0,015–0,075 µg/kg LOD = 0,005 µg/kg LOQ = 0,015 µg/kg *U* = 0,007 µg/kg (0,025 µg/kg) *U* = 0,016 µg/kg (0,050 µg/kg) *U* = 0,023 µg/kg (0,075 µg/kg) **Jajca** / *Eggs* 0,006–0,050 µg/kg LOD = 0,002 µg/kg LOQ = 0,006 µg/kg *U* = 0,010 µg/kg (0,050 µg/kg)	NE / *NO* NE / *NO*
68.	SOP 199, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Ohratoksin A O*chratoxin A*	Ekstrakcija / čiščenje tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Ledvice** / *Kidneys* 2,5–7,5 µg/kg LOD = 0,8 µg/kg LOQ = 2,5 µg/kg *U* = 0,21 µg/kg (2,5 µg/kg) *U* = 0,51 µg/kg (5,0 µg/kg) *U* = 0,62 µg/kg (7,5 µg/kg)	NE / *NO*
69.	SOP 178, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Ohratoksin A O*chratoxin A*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* 0,001–0,3 mg/kg LOD = 0,0003 mg/kg LOQ = 0,001 mg/kg *U* = 0,0003 mg/kg (0,001 mg/kg) *U* = 0,009 mg/kg (0,030 mg/kg) *U* = 0,030 mg/kg (0,1 mg/kg) *U* = 0,060 mg/kg (0,2 mg/kg) *U* = 0,090 mg/kg (0,3 mg/kg)	DA / *YES*
70.	SOP 220, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Zearalenon *Zearalenone*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* 0,05–0,3 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg *U* = 0,017 mg/kg (0,1 mg/kg) *U* = 0,037 mg/kg (0,2 mg/kg) *U* = 0,052 mg/kg (0,3 mg/kg)	DA / *YES*
71.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga III, Metoda A *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex III, Method A* SOP 250, verzija 6	Vlaga *Moisture*	Tehtanje po sušenju *Gravimetry after drying*	**Krma, žita** */ Feed, cereals* 0,12–100 %	DA / *YES*
72.	SOP 193, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Aflatoksini *Aflatoxins*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* Aflatoksin B_1 / *Aflatoxin B_1* 0,0006–0,030 mg/kg LOD = 0,0002 mg/kg LOQ = 0,0006 mg/kg *U* = 30 % (0,0006–0,030 mg/kg)	DA / *YES* Da / *Yes*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
			FLD)	Aflatoksin B_2, G_1, G_2 / *Aflatoxin* B_2, G_1, G_2 0,001–0,010 mg/kg LOD = 0,0004 mg/kg LOQ = 0,001 mg/kg *U* = 30 % (0,001–0,010 mg/kg)	Ne / *No*
73.	EN 17256:2019 ali / or EURL MP method_003, 2020 SOP 538, verzija 1	Ergot alkaloidi Ergot alkaloids	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Krma** / *Feed* ali / or **Žita in proizvodi iz žit** / *Cereals and products thereof* 1,5–300 µg/kg LOD = 0,5 µg/kg LOQ = 1,5 µg/kg Ergokornin / Ergocornine *U* = 0,560 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 3,95 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 35,1 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 100,6 µg/kg (300 µg/kg) Ergokristin / Ergocristine *U* = 0,510 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 2,14 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 33,6 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 93,1 µg/kg (300 µg/kg) Ergokriptin / Ergocryptine *U* = 0,460 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 2,18 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 15,1 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 74,0 µg/kg (300 µg/kg) Ergometrin / Ergometrine *U* = 0,453 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 2,72 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 31,7 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 84,9 µg/kg (300 µg/kg) Ergozin / Ergosine *U* = 0,441 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 1,64 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 29,3 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 104,0 µg/kg (300 µg/kg) Ergotamin / Ergotamine *U* = 0,413 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 1,81 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 29,7 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 83,6 µg/kg (300 µg/kg) Ergokorninin / Ergocorninine *U* = 0,386 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 2,70 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 11,9 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 49,4 µg/kg (300 µg/kg) Ergokristinin / Ergocristinine *U* = 0,435µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 1,68 µg/kg (10 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 11,6 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 27,4 µg/kg (300 µg/kg) Ergokriptinin / Ergocryptinine *U* = 0,239 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 2,26 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 16,3 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 36,7 µg/kg (300 µg/kg) Ergometrinin / Ergometrinine *U* = 0,441 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 1,64 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 29,3 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 99,5 µg/kg (300 µg/kg) Ergozinin / Ergosinine *U* = 0,500 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 3,09 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 23,3 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 53,5 µg/kg (300 µg/kg) Ergotaminin / Ergotaminine *U* = 0,527 µg/kg (1,5 µg/kg) *U* = 3,42 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 25,0 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 56,1 µg/kg (300 µg/kg)	
74.	SOP 501, verzija 2 Interna metoda / *In-house method*	Mikotoksini *Mycotoxins*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Krma, žita** */ Feed, cereals* Fumonizin B1 / *Fumonisin B1* 0,05–1,0 mg/kg LOD = 0,015 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg *U* = 0,014 mg/kg (0,05 mg/kg) *U* = 0,019 mg/kg (0,10 mg/kg) *U* = 0,329 mg/kg (1,0 mg/kg) Fumonizin B2 / *Fumonisin B2* 0,05–1,0 mg/kg LOD = 0,015 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg *U* = 0,023 mg/kg (0,05 mg/kg) *U* = 0,040 mg/kg (0,10 mg/kg) *U* = 0,344 mg/kg (1,0 mg/kg) Deoksinivalenol / *Deoxynivalenol* (DON) 0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,012 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,028 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,100 mg/kg (0,8 mg/kg) 3-Acetildeoksinivalenol / *3-Acetyldeoxynivalenol* (3-AcDON) 0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,009 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,012 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,110 mg/kg (0,8 mg/kg) 15-Acetildeoksinivalenol / *15-Acetyldeoxynivalenol* (15-AcDON)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,007 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,019 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,034 mg/kg (0,8 mg/kg) Deoksinivalenol-3-glukozid / *Deoxynivalenol-3-glucoside (DON-3G)* 0,02–0,4 mg/kg LOD = 0,006 mg/kg LOQ = 0,02 mg/kg *U* = 0,006 mg/kg (0,02 mg/kg) *U* = 0,012 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,071 mg/kg (0,4 mg/kg) Diacetoksiscirpenol / *Diacetoxyscirpenol* (DAS) 0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,015 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,026 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,041 mg/kg (0,8 mg/kg) HT-2 0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,014 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,018 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,119 mg/kg (0,8 mg/kg) T-2 0,04–0,8 mg/kg LOD = 0,012 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg *U* = 0,009 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,024 mg/kg (0,08 mg/kg) *U* = 0,237 mg/kg (0,8 mg/kg) Ohratoksin A / *Ochratoxin A* 0,005–0,010 mg/kg LOD = 0,0015 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg *U* = 0,0006 mg/kg (0,005 mg/kg) *U* = 0,0036 mg/kg (0,01 mg/kg) *U* = 0,037 mg/kg (0,1 mg/kg) Zearalenon / *Zearalenone* 0,02–0,4 mg/kg LOD = 0,006 mg/kg LOQ = 0,02 mg/kg *U* = 0,010 mg/kg (0,02 mg/kg) *U* = 0,017 mg/kg (0,04 mg/kg) *U* = 0,085 mg/kg (0,4 mg/kg)	
75.	SOP 384, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Izbrani elementi *Selected elements*	Mikrovalovni razklop / induktivno sklopljena plazma z masno selektivnim detektorjem (ICP-MS) *Microwave digestion / inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)*	**Krma** / *Feed* Mn 3,53–9500 mg/kg LOD = 1,06 mg/kg LOQ = 3,53 mg/kg *U* = 7,60 mg/kg (65,4 mg/kg) *U* = 7,62 mg/kg (71,7 mg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Fe 6,62–5800 mg/kg LOD = 1,98 mg/kg LOQ = 6,62 mg/kg *U* = 20,4 mg/kg (180 mg/kg) *U* = 21,0 mg/kg (278 mg/kg) *U* = 162 mg/kg (957 mg/kg) Co 0,008–19 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,008 mg/kg *U* = 0,028 mg/kg (0,216 mg/kg) *U* = 0,029 mg/kg (0,355 mg/kg) Cu 0,65–1200 mg/kg LOD = 0,19 mg/kg LOQ = 0,65 mg/kg *U* = 0,79 mg/kg (7,24 mg/kg) *U* = 1,37 mg/kg (9,8 mg/kg) *U* = 1,23 mg/kg (10,3 mg/kg) Zn 1,05–7200 mg/kg LOD = 0,31 mg/kg LOQ = 1,05 mg/kg *U* = 2,22 mg/kg (24,4 mg/kg) *U* = 2,63 mg/kg (26,7 mg/kg) *U* = 4,45 mg/kg (66,7 mg/kg) Mo 0,004–7 mg/kg LOD = 0,001 mg/kg LOQ = 0,004 mg/kg *U* = 0,59 mg/kg (0,78 mg/kg) *U* = 0,70 mg/kg (1,85 mg/kg) *U* = 0,34 mg/kg (2,36 mg/kg) Cd 0,005–2,89 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg *U* = 0,004 mg/kg (0,104 mg/kg) *U* = 0,30 mg/kg (1,78 mg/kg) *U* = 0,11 mg/kg (2,58 mg/kg) Hg 0,025–1,88 mg/kg LOD = 0,008 mg/kg LOQ = 0,025 mg/kg *U* = 0,007 mg/kg (0,023 mg/kg) *U* = 0,38 mg/kg (1,88 mg/kg) Pb 0,015–5,65 mg/kg LOD = 0,005 mg/kg LOQ = 0,015 mg/kg *U* = 0,03 mg/kg (0,19 mg/kg) *U* = 0,14 mg/kg (1,67 mg/kg) *U* = 0,31 mg/kg (1,81 mg/kg) As 0,026–2,82 mg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				LOD = 0,008 mg/kg LOQ = 0,026 mg/kg *U* = 0,010 mg/kg (0,044 mg/kg) *U* = 0,017 mg/kg (0,076 mg/kg) *U* = 0,40 mg/kg (1,94 mg/kg) Se 0,033–44 mg/kg LOD = 0,010 mg/kg LOQ = 0,033 mg/kg *U* = 0,012 mg/kg (0,032 mg/kg) *U* = 0,02 mg/kg (0,12 mg/kg) *U* = 0,28 mg/kg (1,94 mg/kg)	
76.	EN 17299:2019 SOP 517, verzija 1	Kokcidiostatiki v krmi / C*occidiostats in feed*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Krma** / *Feed* Amonijev maduramicin / Maduramicin ammonium 0,025−0,500 mg/kg LOD = 0,009 mg/kg LOQ = 0,025 mg/kg *U* = 0,010 mg/kg (0,05 mg/kg) *U* = 0,040 mg/kg (0,15 mg/kg) Dekokvinat / Decoquinate 0,20−4,00 mg/kg LOD = 0,067 mg/kg LOQ = 0,20 mg/kg *U* = 0,041 mg/kg (0,40 mg/kg) *U* = 0,102 mg/kg (1,20 mg/kg) Diklazuril / Diclazuril 0,005−0,100 mg/kg LOD = 0,0017 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg *U* = 0,003 mg/kg (0,01 mg/kg) *U* = 0,008 mg/kg (0,03 mg/kg) Halofuginon hidrobromid / Halofuginone hydrobromide 0,015−0,300 mg/kg LOD = 0,005 mg/kg LOQ = 0,015 mg/kg *U* = 0,007 mg/kg (0,03 mg/kg) *U* = 0,008 mg/kg (0,09 mg/kg) Narazin / Narasin 0,35−7,00 mg/kg LOD = 0,117 mg/kg LOQ = 0,350 mg/kg *U* = 0,090 mg/kg (0,70 mg/kg) *U* = 0,207 mg/kg (2,10 mg/kg) Natrijev lasalocid A / Lasalocid A sodium 0,625−12,5 mg/kg LOD = 0,210 mg/kg LOQ = 0,625 mg/kg *U* = 0,217 mg/kg (1,25 mg/kg) *U* = 0,328 mg/kg (3,75 mg/kg) Natrijev monenzin / Monensin sodium 0,625−12,5 mg/kg LOD = 0,210 mg/kg LOQ = 0,625 mg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 0,150 mg/kg (1,25 mg/kg) *U* = 0,293 mg/kg (3,75 mg/kg) Natrijev salinomicin / Salinomycin sodium 0,35−7,00 mg/kg LOD = 0,117 mg/kg LOQ = 0,350 mg/kg *U* = 0,079 mg/kg (0,70 mg/kg) *U* = 0,080 mg/kg (2,10 mg/kg) Natrijev semduramicin / Semduramicin sodium 0,125−2,50 mg/kg LOD = 0,042 mg/kg LOQ = 0,125mg/kg *U* = 0,042 mg/kg (0,25 mg/kg) *U* = 0,107 mg/kg (0,75 mg/kg) Nikarbazin / Nicarbazin 0,625−12,5 mg/kg LOD = 0,210 mg/kg LOQ = 0,625 mg/kg *U* = 0,145 mg/kg (1,25 mg/kg) *U* = 0,192 mg/kg (3,75 mg/kg) Robenidin hidroklorid / Robenidine hydrochloride 0,35−7,00 mg/kg LOD = 0,117 mg/kg LOQ = 0,350 mg/kg *U* = 0,075 mg/kg (0,70 mg/kg) *U* = 0,315 mg/kg (2,10 mg/kg)	
77.	SOP 464, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Beta-agonisti *Beta-agonists*	Ekstrakcija / čiščenje/ tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Jetra /** *Liver* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method* Brombuterol / *Brombuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,26 µg/kg CCβ = 0,31 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,07 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,3 µg/kg) Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,24 µg/kg CCβ = 0,27 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (0,3 µg/kg) Cimaterol / *Cimaterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,60 µg/kg CCβ = 0,70 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,12 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,19 µg/kg (0,75 µg/kg) Cimbuterol / *Cimbuterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,59 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditiran o* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 0,68 µg/kg *U* = 0,14 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,75 µg/kg) Klenbuterol / *Clenbuterol* 0,05–0,5 µg/kg CCα = 0,12 µg/kg CCβ = 0,13 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,05 µg/kg) *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,15 µg/kg) Klencikloheksерol / *Clencyclohexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,53 µg/kg CCβ = 2,06 µg/kg *U* = 0,57 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,65 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,98 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,72 µg/kg CCβ = 0,94 µg/kg *U* = 0,13 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,27 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,46 µg/kg (0,75 µg/kg) Klenproperol / *Clenproperol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,73 µg/kg *U* = 0,04 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,31 µg/kg (0,75 µg/kg) Fenoterol / *Fenoterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,47 µg/kg *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,28 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,33 µg/kg (1,5 µg/kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,65 µg/kg CCβ = 0,79 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,18 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,16 µg/kg (0,75 µg/kg) Mabuterol / *Mabuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,33 µg/kg CCβ = 0,46 µg/kg *U* = 0,07 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,16 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,17 µg/kg (0,3 µg/kg) Mapenterol / *Mapenterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,27 µg/kg CCβ = 0,34 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				U = 0,05 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Raktopamin / *Ractopamine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,72µg/kg *U* = 0,10 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,75 µg/kg) Ritodrin / *Ritodrine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg *U* = 0,09 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,15 µg/kg (0,75 µg/kg) Salbutamol / *Salbutamol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg *U* = 0,07 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,35 µg/kg (1,5 µg/kg) Salmeterol / *Salmeterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,28µg/kg CCβ = 1,56 µg/kg *U* = 0,21 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,34 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,27 µg/kg (1,5 µg/kg) Terbutalin / *Terbutaline* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,19 µg/kg CCβ = 1,37 µg/kg *U* = 0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,23 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 0,23 µg/kg (1,5 µg /kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,31 µg/kg CCβ = 0,42 µg/kg *U* = 0,03 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,21 µg/kg CCβ = 1,42 µg/kg *U* = 0,25 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,26 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,80 µg/kg (1,5 µg/kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,05 µg/kg Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 0,50 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg	
				Urin / *Urine*	DA / *YES*
				Potrditvena metoda / *Confirmatory method* Brombuterol / *Brombuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,25 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,03 µg/kg (0,2 µg /kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,3 µg /kg) Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,26 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,03 µg/kg (0,2 µg /kg) *U* = 0,03 µg/kg (0,3 µg /kg) Cimaterol / *Cimaterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,71 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,19 µg/kg (0,75 µg /kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. No.	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Cimbuterol / *Cimbuterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,67 µg/kg *U* = 0,06 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,19 µg/kg (0,75 µg /kg) Klenbuterol / *Clenbuterol* (0,05–0,5) µg/kg CCα = 0,11 µg/kg CCβ = 0,12 µg/kg *U* = 0,01 µg/kg (0,05 µg /kg) *U* = 0,01 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,02 µg/kg (0,15 µg /kg) Klencikloheksérol / *Clencyclohexerol* (0,5–5,0) µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,45 µg/kg *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,28 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 0,51 µg/kg (1,5 µg /kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg *U* = 0,14 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,61 µg/kg (0,75 µg /kg) Klenproperol / *Clenproperol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,69 µg/kg *U* = 0,09 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,75 µg /kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,62 µg/kg CCβ = 0,74 µg/kg *U* = 0,09 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,19 µg/kg (0,75 µg /kg) Mabuterol / *Mabuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,25 µg/kg CCβ = 0,30 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,06 µg/kg (0,2 µg /kg) *U* = 0,38 µg/kg (0,3 µg /kg) Mapenterol / *Mapenterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,26 µg/kg *U* = 0,04 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,2 µg /kg) *U* = 0,08 µg/kg (0,3 µg /kg) Raktopamin / *Ractopamine*	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,55 µg/kg CCβ = 0,61µg/kg *U* = 0,04 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,07 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,24 µg/kg (0,75 µg /kg) Ritodrin / *Ritodrine* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,57 µg/kg CCβ = 0,65 µg/kg *U* = 0,05 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,09 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,21 µg/kg (0,75 µg /kg) Salbutamol / *Salbutamol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg *U* = 0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,09 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 0,23 µg/kg (1,5 µg /kg) Salmeterol / *Salmeterol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,17µg/kg CCβ = 1,34 µg/kg *U* = 0,09 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,21 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 0,27 µg/kg (1,5 µg /kg) Terbutalin / *Terbutaline* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,48 µg/kg CCβ = 1,97 µg/kg *U* = 0,10 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,59 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 1,29 µg/kg (1,5 µg /kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,32 µg/kg CCβ = 0,43 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,1 µg /kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,2 µg /kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,3 µg /kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,31 µg/kg CCβ = 1,61 µg/kg *U* = 0,12 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,37 µg/kg (1,0 µg /kg) *U* = 0,71 µg/kg (1,5 µg /kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,05 µg/kg Klencikloheksérol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg **Mleko** / *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method* Brombuterol / *Brombuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,26 µg/kg CCβ = 0,31 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,07 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,3 µg/kg) Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,24 µg/kg CCβ = 0,27 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (0,3 µg/kg) Cimaterol / *Cimaterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,60 µg/kg CCβ = 0,70 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,12 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,19 µg/kg (0,75 µg/kg) Cimbuterol / *Cimbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,68 µg/kg *U* = 0,14 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,11 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,75 µg/kg)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditiran o* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenbuterol / *Clenbuterol* 0,05–0,5 µg/kg CCα = 0,06 µg/kg CCβ = 0,08 µg/kg *U* = 0,02 µg/kg (0,05 µg/kg) *U* = 0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,04 µg/kg (0,15 µg/kg) Klencikloheksérol / *Clencyclohexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,53 µg/kg CCβ = 2,06 µg/kg *U* = 0,57 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,65 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,98 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,72 µg/kg CCβ = 0,94 µg/kg *U* = 0,13 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,27 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,46 µg/kg (0,75 µg/kg) Klenproperol / *Clenproperol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,73 µg/kg *U* = 0,04 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,31 µg/kg (0,75 µg/kg) Fenoterol / *Fenoterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,47 µg/kg *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,28 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,33 µg/kg (1,5 µg/kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,65 µg/kg CCβ = 0,79 µg/kg *U* = 0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,18 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,16 µg/kg (0,75 µg/kg) Mabuterol / *Mabuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,33 µg/kg CCβ = 0,46 µg/kg *U* = 0,07 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,16 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,17 µg/kg (0,3 µg/kg) Mapenterol / *Mapenterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,27 µg/kg CCβ = 0,34 µg/kg *U* = 0,05 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Raktopamin / *Ractopamine*	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,72 µg/kg *U* = 0,10 µg/kg (0,25 µg /kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,5 µg /kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,75 µg /kg) Ritodrin / *Ritodrine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg *U* = 0,09 µg/kg (0,25 µg/kg) *U* = 0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,15 µg/kg (0,75 µg/kg) Salbutamol / *Salbutamol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg *U* = 0,07 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,09 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,35 µg/kg (1,5 µg/kg) Salmeterol / *Salmeterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,28µg/kg CCβ = 1,56 µg/kg *U* = 0,21 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,34 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,27 µg/kg (1,5 µg/kg) Terbutalin / *Terbutaline* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,19 µg/kg CCβ = 1,37 µg/kg *U* = 0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,23 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,23 µg/kg (1,5 µg/kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,31 µg/kg CCβ = 0,42 µg/kg *U* = 0,03 µg/kg (0,1 µg/kg) *U* = 0,13 µg/kg (0,2 µg/kg) *U* = 0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,21 µg/kg CCβ = 1,42 µg/kg *U* = 0,25 µg/kg (0,5 µg/kg) *U* = 0,26 µg/kg (1,0 µg/kg) *U* = 0,80 µg/kg (1,5 µg/kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,025 µg/kg Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 0,50 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg **Krma**/ *Feed* **Presejalna metoda** */ Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 1,00 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 1,00 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 1,00 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 1,00 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 1,00 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 1,00 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 1,00 µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 1,00 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 1,00 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 1,00 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 1,00 µg/kg **Vode**/ *Waters* **Presejalna metoda** */ Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 1,00 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klencikloheksérol / *Clencyclohexerol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 1,00 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 1,00 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 1,00 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 1,00 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 1,00 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 1,00 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 1,00 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 1,00 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 1,00 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 1,00 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 1,00 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 1,00 µg/kg	NE / *NO*
78.	SOP 516, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Antibiotiki v krmi / *Antibiotics in Feed*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Krma** / *Feed* Doksiciklin / Doxycycline 100–25000 µg/kg LOD = 30 µg/kg LOQ = 100 µg/kg *U* = 20,3 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 120 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 574 µg/kg (2500 µg/kg) *U* = 6480 µg/kg (25000 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Enrofloksacin / Enrofloxacin 50–5000 µg/kg LOD = 15 µg/kg LOQ = 50 µg/kg *U* = 6,4 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 14,4 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 85,5 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 948 µg/kg (5000 µg/kg) Florfenikol / Florfenicol 150–4000 µg/kg LOD = 45 µg/kg LOQ = 150 µg/kg *U* = 37,0 µg/kg (150 µg/kg) *U* = 56,0 µg/kg (200 µg/kg) *U* = 143 µg/kg (400 µg/kg) *U* = 607 µg/kg (4000 µg/kg) Flubendazol / Flubendazole 50–5000 µg/kg LOD = 15 µg/kg LOQ = 50 µg/kg *U* = 14,0 µg/kg (50 µg/kg) *U* = 18,8 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 89,9 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 635 µg/kg (5000 µg/kg) Ivermektin / Ivermectin 150–5000 µg/kg LOD = 50 µg/kg LOQ = 150 µg/kg *U* = 46,3 µg/kg (150 µg/kg) *U* = 99,3 µg/kg (250 µg/kg) *U* = 145 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 599 µg/kg (5000 µg/kg) Klortetraciklin / Chlortetracycline 100–25000 µg/kg LOD = 30 µg/kg LOQ = 100 µg/kg *U* = 13,9 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 126 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 646 µg/kg (2500 µg/kg) *U* = 6796 µg/kg (25000 µg/kg) Linkomicin / Lincomycin 25–5000 µg/kg LOD = 7,5 µg/kg LOQ = 25 µg/kg *U* = 4,7 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 15,5 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 91,1 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 236 µg/kg (5000 µg/kg) Oksitetraciklin / Oxytetracycline 100–25000 µg/kg LOD = 30 µg/kg LOQ = 100 µg/kg *U* = 17,6 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 100 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 586 µg/kg (2500 µg/kg) *U* = 5302 µg/kg (25000 µg/kg) Sulfadimetoksin / Sulfadimethoxine	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditiran o* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				25–15000 µg/kg LOD = 7,5 µg/kg LOQ = 25 µg/kg *U* = 4,9 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 55,8 µg/kg (300 µg/kg) *U* = 324 µg/kg (1500 µg/kg) *U* = 595 µg/kg (15000 µg/kg) Sulfamonometoksin / Sulfamonomethoxine 25–15000 µg/kg LOD = 7,5 µg/kg LOQ = 25 µg/kg *U* = 4,2 µg/kg (25 µg/kg) *U* = 44,2 µg/kg (300 µg/kg) *U* = 285 µg/kg (1500 µg/kg) *U* = 774 µg/kg (15000 µg/kg) Tetraciklin / Tetracycline 100–25000 µg/kg LOD = 30 µg/kg LOQ = 100 µg/kg *U* = 17,9 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 127 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 656 µg/kg (2500 µg/kg) *U* = 6311 µg/kg (25000 µg/kg) Tiamulin / Tiamulin 10–5000 µg/kg LOD = 3 µg/kg LOQ = 10 µg/kg *U* = 1,7 µg/kg (10 µg/kg) *U* = 13,7 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 95,7 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 267 µg/kg (5000 µg/kg) Tilmikozin / tilmicosin 100–5000 µg/kg LOD = 30 µg/kg LOQ = 100 µg/kg *U* = 31,1 µg/kg (100 µg/kg) *U* = 66,4 µg/kg (250 µg/kg) *U* = 113 µg/kg (500 µg/kg) *U* = 564 µg/kg (5000 µg/kg)	
79.	SOP 380, verzija 2 Interna metoda In-house method	Rženi rožiček in škodljive botanične nečistote *Rye ergot and harmful botanical impurities*	Sejanje / sedimentacija / barvanje / vizualni pregled in/ali svetlobna (stereo)mikroskopija *Sieving / sedimentation / staining / visual inspection and/or light (stereo)microscopy*	**Krma, živila rastlinskega izvora /** *Feed and foods of plant origin*	DA / *YES*
80.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga VI dopolnjena z Uredbo Komisije (EU) št. 51/2013 *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex VI, amended by Commission Regulation (EU) No 51/2013*	Tkiva živalskega izvora; prisotnost *Constituents of animal origin; detection*	Sejanje / sedimentacija / barvanje / detekcija s svetlobnim mikroskopom *Sieving / sedimentation / staining / detection using light microscopy*	**Krma /** *Feed* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
	SOP 259, verzija 3				
81.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga VI, dopolnjena z Uredbo Komisije (EU) št. 51/2013. *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex VI, as amended by Commission Regulation (EU) No 51/2013.* SOP 393, verzija 2	DNA živalskega izvora; prisotnost *DNA of animal origin; detection*	Izolacija nukleinskih kislin/ verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Isolation of nucleic acids / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Krma** / *Feed* Kvalitativna metoda / *Qualitative method* DNA prežvekovalcev / *Ruminant DNA* LOD < 0,1% DNA prašičev / *Pig DNA* LOD < 0,1% DNA perutnine / *Poultry DNA* LOD < 0,1%	DA / *YES*
82.	ISO 14183:2005 SOP 272, verzija 5	Monenzin, narazin in salinomicin *Monensin, narasin and salinomycin*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s pokolonsko derivatizacijo in UV/VIS-detekcijo (HPLC-UV/VIS) *Extraction / liquid chromatography with post-column derivatization and UV/VIS detection (HPLC-UV/VIS)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi** */ Premixtures* **Koncentrati** */ Feed additives* Monenzin / *Monensin* 1 mg/kg–180 g/kg LOD = 0,3 mg/kg LOQ = 1 mg/kg *U* = 0,1 mg/kg (0,9 mg/kg) *U* = 3,1 mg/kg (90 mg/kg) *U* = 2,3 g/kg (18 g/kg) *U* = 1,7 % (180 g) Salinomicin / *Salinomycin* 2 mg/kg–120 g/kg LOD = 0,5 mg/kg LOQ = 2 mg/kg *U* = 0,2 mg/kg (1,7 mg/kg) *U* = 5,2 mg/kg (63 mg/kg) *U* = 1,7 g/kg (12 g/kg) *U* = 1,2 % (120 g) **Krma** / *Feed* Narazin / *Narasin* LOD = 0,5 mg/kg LOQ = 2 mg/kg *U* = 0,31 mg/kg (2 mg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* Da /*Yes* Da /*Yes* DA / *YES* Da /*Yes*
83.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda F *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method F* SOP 49, verzija 7	Diklazuril *Diclazuril*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi** */ Premixtures* **Koncentrati** */ Feed additives* 0,5 mg/kg–5 g/kg LOD = 0,2 mg/kg LOQ = 0,5 mg/kg *U* = 0,15 mg/kg (0,5 mg/kg) *U* = 0,30 mg/kg (1 mg/kg) *U* = 50 mg/kg (500 mg/kg) *U* = 0,03 % (5 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
84.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda G *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method G*	Natrijev lasalocid *Lasalocid sodium*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi** */ Premixtures* **Koncentrati** */ Feed additives* 4,7 mg/kg–160 g/kg LOD = 1,2 mg/kg LOQ = 4,7 mg/kg *U* = 1 mg/kg (5 mg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. **No.**	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
	SOP 117, verzija 7			*U* = 5 mg/kg (100 mg/kg) *U* = 2,1 g/kg (20 g/kg) *U* = 1,2 % (160 g)	
85.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda E *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method E* SOP 118, verzija 7	Robenidin *Robenidine*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi** / *Premixtures* **Koncentrati** / *Feed additives* 3,2 mg/kg–66 g/kg LOD = 1,2 mg/kg LOQ = 3,2 mg/kg *U* = 1,2 mg/kg (3,2 mg/kg) *U* = 4,4 mg/kg (33 mg/kg) *U* = 6,3 mg/kg (64 mg/kg) *U* = 1,3 g/kg (8 g/kg) *U* = 0,9 % (66 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
86.	SOP 198, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Amonijev maduramicin *Maduramicin ammonium*	Ekstrakcija / derivatizacija / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / derivatisation / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi** / *Premixtures* **Koncentrati** / *Feed additives* 1,0 mg/kg–10 g/kg LOD = 0,4 mg/kg LOQ = 1,0 mg/kg *U* = 0,3 mg/kg (1 mg/kg) *U* = 1,9 mg/kg (5 mg/kg) *U* = 0,3 g/kg (1 g/kg) *U* = 0,2 % (10 g)	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
87.	ISO 6579-1:2017 brez potrditve *without confirmation* SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Krma** / *Feed* LOD = 1–5 cfu/25 g **Vzorci primarne proizvodnje** (feces živali, vpojne prevleke za škornje, brisi, stelja, ipd.) / *Primary production samples* (*animal faeces*, *boot swabs, swabs, litter, etc.)* LOD = 5–10 cfu/25 g (vzorec)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
88.	SOP 386, verzija 3 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* smernicah EURL za ugotavljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom in EUCAST standardih *recommendations of EURL for antimicrobial resistance and based on EUCAST standards*	Občutljivost za protimikrobna zdravila; vrednotenje *Antimicrobial susceptibility; evaluation*	Določanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) z mikrodilucijsko metodo *Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) with microdilution method*	**Bakterijski izolati** / B*acterial isolates* U = 0–2 $\log_2$ (glede na različne protimikrobne učinkovine / *regarding different antimicrobials)*	DA / *YES*
89.	SOP 383, verzija 6 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* priporočeni metodi EURL *Recommended EURL method* in/*and* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Mammalian tuberculosis (infection with Mycobacterium tuberculosis complex)*	Povzročitelji goveje tuberkuloze; prisotnost A*etiologic agents of bovine tuberculosis; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Klinični in patološki vzorci** / *Clinical and pathological samples* LOD = 72 cfu/g **Nastil, krma, voda /** *Litter, feed, water*	DA / *YES* NE */ NO*
90.	SOP 147, verzija 11 interna metoda *in-house method*	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Klinični in patološki vzorci** / *Clinical and pathological samples* LOD = 10 cfu/25 g **Vzorci okolja** / *Environmental samples*	DA / *YES* NE */ NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
91.	SOP 15, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Salmonellosis*, chapter *Fowl typhoid and pullorum disease* in/*and* Delegirana uredba Komisije EU 2019/2035, priloga II., del 2, točka 2	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Klinični in patološki vzorci živalskega izvora** */ Clinical and pathological samples of animal origin* LOD = 1–5 cfu/25g **Feces, vzorci živalskega okolja** */ Faeces, animal evironmental samples* LOD = 5–10 cfu/25g	DA / *YES* DA / *YES*
92.	ISO 10272-1:2017 postopek C *procedure C* SOP 187, verzija 5	*Campylobacter* spp.*;* prisotnost *Campylobacter* spp.*; detection*	C – Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih *C - Growth on selective medium in a microaerobic conditions*	**Feces /** *Faeces* LOD = 4,2 cfu/0,01 g	DA / *YES*
93.	ISO 10272-1:2017 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 187, verzija 5	*Campylobacter* spp.*;* prisotnost *Campylobacter* spp.*; detection*	Ugotavljanje morfologije in fenotipa / biokemijska karakterizacija *Morphological, phenotypical and biochemical characterisation*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*
94.	ISO/TR 6579-3:2014 SOP 7, verzija 6	Serotipi salmonel; *Salmonela serotypes;*	Serotipizacija *Serotyping*	**Izolati *Salmonella* spp.** / *Salmonella* spp. *isolates*	DA / *YES*
95.	ISO 11290-1:2017 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 147, verzija 11	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Ugotavljanje morfologije in biokemijska karakterizacija *Morphological and biochemical characterisation*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*
96.	ISO 6579-1:2017 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 400, verzija 3	*Salmonella spp;* prisotnost *Salmonella spp; detection*	Biokemijska karakterizacija / serološka potrditev / Identifikacija z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul MALDI-TOF *Biochemical characterisation / serological confirmation / detection using Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight; MALDI-TOF*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
97.	SOP 74, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis (infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis;* prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test - aglutinacija *Rose bengal test - agglutination*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
98.	SOP 431, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Tarčne nukleinske kisline mikroorganizmov; prisotnost *Target nucleic acids of microorganisms; detection*	Obogatitev vzorca / izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Enrichment of the samples / DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*		DA / YES
	in/and ISO/TS 13136:2012 SOP 461, verzija 9	*Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC) (virulenčni geni *stx1*, *stx2* in *eae*; geni za serološke skupine O26, O103, O111, O145 in O157) / *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) (stx1, stx2 and eae virulence genes; genes for serogroups O26, O103, O111, O145 in O157)*	Faza obogatitve se izvaja na IVHKO, EVH / *The enrichment step is performed at IVHKO, EVH*	**Živila** / *Foodstuffs* LOD = 1 cfu/25 g **Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / YES DA / YES
99.	ISO/TS 13136:2012 modificirana *modified* brez potrditve *without confirmation* SOP 278, verzija 4	*Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC); prisotnost *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC); detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / ugotavljanje morfologije / identifikacija *E. coli* z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul; MALDI-TOF *Growth on selective media / isolation / morphological characterisation / E. coli detection using Matrix Assisted Laser Desorpt ion Ionization-Time of Flight; MALDI-TOF*	**Živila, predobogatena v neselektivnem tekočem gojišču** / *Foodstuffs, preenriched in nonselective liquid media* LOD = 1–2 cfu/25 g	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
100.	SOP 430, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Tarčne nukleinske kisline mikroorganizmov; prisotnost *Target nucleic acids of microorganisms; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation / polymerase chain reaction (PCR) / detection of PCR amplicons using capillary electophoresis*		DA / *YES*
	in/and ISO/TS 13136:2012 modificirana *modified* samo potrditev STEC */ only confirmation of STEC* SOP 526 verzija 2	*Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC) (virulenčni geni *stx1*, *stx2* in *eae*) / *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) (stx1, stx2 and eae virulence genes)*		**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates* LOD = 1 cfu/PCR reakcijo	DA / YES
101.	SOP 434 verzija 2 Interna metoda *In-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Contagious equine metritis*	*Taylorella equigenitalis;* prisotnost *Taylorella equigenitalis; detection*	Rast na gojiščih / izolacija / identifikacija z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul MALDI-TOF *Growth on media / isolation / identification using Matrix Assisted Lasser Desorption Ionisation-Time of Flight; MALDI-TOF*	**Klinični vzorci** Kobila: bris cerviksa, bris klitorisa, izcedek iz vagine ali maternice, Žrebec: bris uretre, fose uretralis, sluznice penisa ali prepucija, preejakulatna tekočina / *Clinical samples* *Mare: cervical and urethral swab, vaginal or uterine discharge, placenta;* *Stallion: swabs from urethra, fossa urethralis and penile mucosa, preejaculatory fluid* LOD = 20 cfu/vzorec	DA / *YES*
102.	SOP 435, verzija 2 Interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with Paenibacilis larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija / identifikacija z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul MALDI-TOF *Growth on media / isolation / identification using Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight; MALDI-TOF*	**Vzorci čebelje zalege** / *Brood samples* LOD = 10 cfu/vzorec	DA / *YES*
103.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Fujita O, et al. (2006). Jpn J Infect Dis, 59: 46-51.	Tarčni gen *Francisella tularensis*; prisotnost *Francisella tularensis target gene; detection*	Izolacija nukleinskih kislin / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Nucleic acids isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Organi, tkiva, kri, bakterijski izolati** / *Organs, tissues, blood, bacterial isolates*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
104.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Bounaadja L, et al. (2009). Vet Microbiol, 137: 156-164	Tarčni gen *Brucella* sp.; prisotnost *Brucella* sp. *target gene; detection*	Izolacija nukleinskih kislin / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Nucleic acids isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Organi, plod in plodove ovojnice, seme, mleko in mlečni izdelki, bakterijski izolati** / *Organs, aborted fetus and fetal membranes, semen, milk and milk products, bacterial isolates*	NE / *NO*
105.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Anthrax*	Tarčna gena *Bacillus anthracis;* prisotnost *Bacillus anthracis target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Bakterijski izolati, prah, organi, tkiva, vzorci okolja** / *Bacterial isolates, powder, organs, tissues, environmental samples*	NE / *NO*
106.	interna metoda *in-house method*	Tarčni gen *Coxiella burnetii;* prisotnost *Coxiella burnetii target gene; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Mleko, kri, organi, feces, vzorci okolja** / *Milk, blood, organs, faeces, environmental samples*	NE / *NO*
107.	LSI VetMAX Screening Pack-Ruminant Abortion in/*and* interna metoda *in-house method*	Tarčni geni desetih patogenov, povzročiteljev abortusov pri prežvekovalcih; prisotnost *Target genes of ten pathogens that cause abortions in ruminants; detection*	Izolacija nukleinskih kislin / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Nucleic acids isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Organi, tkiva, vaginalni in cervikalni brisi** / organs, tissues, vaginal and cervical swabs	NE / *NO*
108.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Tennant SM, et al. (2010). PloS Negl Trop Dis, 4: e621.	Tarčni geni monofazne *Salmonella* Typhimurium; prisotnost *Monophasic Salmonella* Typhimurium *target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (multipleks PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation / polymerase chain reaction* (multiplex PCR) / *detection of PCR amplicons using capillary electrophoresis*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE */ NO*
109.	interna metoda *in-house method*	Tarčni gen *Renibacterium salmoninarum*; prisotnost *Renibacterium salmoninarum target gene*; *detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation / polymerase chain reaction* (PCR) / *detection of PCR amplicons using capillary electrophoresis*	**Organi (ledvica, vranica, jetra), bakterijski izolati** / *Organs (kidney, spleen, liver), bacterial isolates*	NE / *NO*
110.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: priporočeni metodi EURL	Tarčni geni *Staphylococcus aureus* (MRSA); prisotnost *Staphylococcus aureus (MRSA) target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (multipleks PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation / polymerase chain reaction (multiplex PCR) / detection of PCR amplicons using capillary electrophoresis*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
111.	interna metoda *in-house method*	Genotipi bakterij *Genotypes of bacteria*	Genotipizacija s sekvenciranjem celotnih genomov (WGS) / *Genotyping by whole genome sequencing (WGS)*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE */ NO*
112.	SOP 494 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis (infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti brucelam; prisotnost *Antibodies against Brucella; detection*	Encimsko-imunski test (ELISA) / *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko** / *Milk*	NE / *NO*
113.	SOP 477 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis (infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis*; prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Reakcija vezanja komplementa (RVK) *Complement fixation test (RVK)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
114.	SOP 76 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Dourine in horses (Trypanosoma equiperdum* infection)	Protitelesa proti protozoju *Trypanosoma equiperdum*; prisotnost *Antibodies against protozoa Trypanosoma equiperdum; detection*	Reakcija vezanja komplementa (RVK) *Complement fixation test (RVK)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
115.	SOP 103 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* standardih CLSI in EUCAST / *CLSI and EUCAST standards*	Občutljivost za protimikrobna zdravila; vrednotenje *Antimicrobial susceptibilitity; evaluation*	Določanje cone inhibicije rasti bakterij z disk difuzijsko metodo *Determination of inhibition zone of bacterial growth with disc diffusion method*	**Bakterijski izolati** / B*acterial isolates*	NE */ NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
116.	SOP 69 Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine tuberculosis*	Mikobakterije; prisotnost *Mycobacteria; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Organi, tkiva, feces, krmila** / *Organs, tissues, faeces, feed*	NE / *NO*
117.	SOP 70 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Paratuberculosis (Johne's disease)*	*Mycobacterium avium* subsp. p*aratuberculosis;* prisotnost *Mycobacterium avium* subsp. p*aratuberculosis; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Organi, tkiva, feces, krma /** *Organs, tissues, faeces, feed*	NE / *NO*
118.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Tularemia*	*Francisella tularensis;* prisotnost *Francisella tularensis; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Organi, tkiva, kri** / *Organs, tissues, blood*	NE / *NO*
119.	SOP 459 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Brucellosis EURL *Brucella* culture and genus identification SOP	*Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis;* prisotnost *Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / preliminarna identifikacija do rodu *Growth on selective media / isolation / preliminary identification of the genus*	**Organi, plod in plodove ovojnice, seme** / *Organs, aborted foetus and fetal membranes, semen*	NE / *NO*
120.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine genital campylobacteriosis*	*Campylobacter fetus* subsp. *venerealis;* prisotnost *Campylobacter fetus* subsp. *venerealis; detection*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / potrditev *Growth on selective medium in a microaerobic conditions / confirmation*	**Biki: seme, prepucialni izpirek ali bris;** **Krave: vaginalni ali cervikovaginalni bris, abortiran fetus, placenta** / *Bulls: semen, preputial washing or swab; Cows: vaginal or cervical swab, aborted fetus, placenta*	NE / *NO*
121.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Trichomonosis*	*Tritrichomonas foetus;* prisotnost *Tritrichomonas foetus; detection*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev *Growth on selective medium / confirmation*	**Seme, prepucialni izpirek** / *Semen, preputial washing*	NE / *NO*
122.	Metoda EURL-AR *EURL-AR method*	MRSA; prisotnost *MRSA; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Klinični brisi, organi in tkiva, vzorci okolja** / *Clinical swabs, organs and tissues, environmental samples*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
123.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: FDA BAM Chapter 17: *Clostridium botulinum*	*Clostridium botulinum*; dokaz toksinov *Clostridium botulinum*; *toxin detection*	Biološki poskus na miših *Mouse bioassay*	**Serum, organi, vsebina prebavil prizadetih živali, krma, živila** / *Serum, organs, intestinal contents of an affected animals, feed, foodstuffs*	NE / *NO*
124.	interna metoda *in-house method*	Skupno število klic (aerobnih bakterij); število *Total count (aerobic bacteria); enumeration*	Štetje bakterijskih kolonij *Enumeration of bacterial colonies*	**Telesne tekočine, vzorci okolja** / *Body fluids, environmental samples*	NE / *NO*
125.	interna metoda *in-house method*	Dermatofiti; prisotnost *Dermatophytes; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za parazitologijo, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
126.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	DA / *YES*
127.	SOP 529, ver.1 Interna metoda/ In-house method Temelji na */ Based on:* Priporočena metoda EURL / *EURL recommended method SOP MI-02,, rev.8*	Tarčne nukleinske kisline trihinel; prisotnost; identifikacija *Target nucleic acids of Trichinella; detection; identification*	Izolacija DNA / multipleks verižna reakcija s polimerazo (multipleks-PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation / multiplex polymerase chain reaction (multiplex-PCR) / detection of PCR amplicons using capillary electrophoresis*	**Ličinke trihinel** / *Trichinella larvae*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za parazitologijo, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
128.	SOP 530, ver.1 Interna metoda/ In-house method Temelji na */ Based on:* Priporočena metoda EURL / *EURL recommended method SOP POP-04, rev.3*	*Anisakidae*; prisotnost/ *Anisakidae*; detection	Digestivna metoda: kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Ribe** /Fish	DA / *YES*
129.	SOP 470 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Echinococcosis (infection with Echinococcus granulosus and with E. multilocularis)*	*Echinococcus* sp.; prisotnost/ *Echinococcus* sp.*; detection*	Mikroskopska preiskava *Microscopic examination*	**Notranji organi** / *Internal organs*	NE / *NO*
130.	SOP 531, ver.1 interna metoda *in-house method* Temelji na */ Based on:* Priporočena metoda EURL / *EURL recommended method SOP MI-15, rev.1*	Tarčne nukleinske kisline *Echinococcus granulosus* s.l.; prisotnost; identifikacija *Target nucleic acids of Echinococcus granulosus* s.l *; detection; identification*	Izolacija DNA /verižna reakcija s polimerazo/ RFLP-encimatska digestija/multipleks verižna reakcija s polimerazo (multipleks-PCR) / dokazovanje produktov PCR s kapilarno elektroforezo *DNA isolation /polymerase chain reaction/RFLP-enzymatic digestion/ multiplex polymerase chain reaction (multiplex-PCR) / detection of PCR amplicons using capillary electrophoresis*	**Zajedavci** / *Parasites*	DA / *YES*
131.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine babesiosis*	*Babesia* sp.; prisotnost *Babesia* sp.*; detection*	Krvni razmaz / barvanje po Giemsi / mikroskopska preiskava *Blood smear / Giemsa staining / microscopic examination*	**Polna kri z antikoagulansom /** *Whole blood with anticoagulant*	NE / *NO*
132.	SOP 488 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Cysticercosis*	*Cysticercus* sp.; prisotnost *Cysticercus* sp.*; detection*	Mikroskopska preiskava *Microscopic examination*	**Meso, notranji organi /** *Meat, internal organs*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za parazitologijo, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
133.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Mange*	Garjavci; prisotnost *Parasitic mites; detection*	Obdelava s KOH / mikroskopska preiskava *Preparation with KOH / microscopic examination*	**Kožni ostružek /** *Skin scraping*	NE / *NO*

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
134.	SOP 465, verzija 4 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine viral diarrhoea*	Nukleinska kislina virusa bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Nucleic acids of bovine viral diarrhoea virus (BVDV); detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Serum /** *Serum* **Organi in tkiva /***Organs and tissues*	DA / *YES* DA / *YES*
135.	SOP 246, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine viral diarrhoea*	Protitelesa proti virusu bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Antibodies against the bovine viral diarrhoea virus (BVD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
136.	SOP 339, verzija 4 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bluetongue	Nukleinska kislina virusa bolezni modrikastega jezika (BTV); prisotnost *Nucleic acids of bluetongue virus (BTV); detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Polna kri /** *Whole blood*	DA / *YES*
137.	SOP 364, verzija 2 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bluetongue*	Protitelesa proti virusu bolezni modrikastega jezika (BTV); prisotnost *Antibodies against Bluetongue virus (BTV); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
138.	SOP 370, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Classical swine fever*	Nukleinska kislina virusa klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Nucleic acid of classical swine fever* virus (CSF); *detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	DA / *YES*
139.	SOP 230, verzija 10 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Classical swine fever*	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Antibodies against classical swine fever (CSF); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum* titer protiteles /*antibody titer* = 1: 10	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
140.	SOP 490, verzija 3 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *African swine fever*	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK); prisotnost *Nucleic acids of african swine fever* (ASF); detection	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Serum, polna kri, organi in tkiva** / *Serum, full blood, organs and tissues* **Brisi, suspenzije celične kulture /** *Swabs, cell culture suspension*	DA / *YES* NE / *NE*
141.	SOP 308, verzija 6 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *African swine fever*	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK); prisotnost *African swine fever antibodies (ASF): detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	DA /YES
142.	SOP 271, verzija 9 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis*	Protitelesa proti virusu Infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV); prisotnost *Antibodies against the infectious bovine rhinotracheitis / infectious pustular vulvovaginitis* (IBR/IPV); detection	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
143.	SOP 311, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Aujeszky's disease*	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA); prisotnost *Antibodies against Aujeszky disease virus (AD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
144.	SOP 214, verzija 5 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Rabies*	Virus stekline; prisotnost *Rabies virus; detection*	Priprava odtisa možganov / detekcija s testom direktne imunofluorescence (dIF) *Preparation of brain impression smears / detection with direct fluorescent antibody test (DFA)*	**Odtis možganov** / *Brain smear*	DA / *YES*
145.	SOP 401, verzija 4 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Foot and mouth disease	Protitelesa proti NS proteinom virusa slinavke in parkljevke (SIP); prisotnost Antibodies against NS protein of foot and mouth disease (FMD) virus; detection	Encimsko imunski test (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)	**Serum** / *Serum*	DA / YES
146.	SOP 522, ver.1 interna metoda *in-house method* *Temelji na / based on:* Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (WOAH), chapter *Infection with white spot syndrome virus*	Nukleinska kislina virusa sindroma belih pik (WSSV); prisotnost *Nucleic acid of white spot syndrome virus (WSSV); detection*	Izolacija DNA / Verižna reakcija s polimerazo v realnem času; *DNA isolation/ Real time polymerase chain reaction*	**Organi in tkiva rakov /** *Crustacean organs and tissues*	DA / *YES*
147.	SOP 277 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bovine viral diarrhoea	Nukleinska kislina virusa bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Nucleic acids of bovine viral diarrhoea virus (BVD); detection*	Reverzna transkripcijo in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Serum /** *Serum* **Organi in tkiva /** ***O****rgans and tissues*	NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
148.	SOP 55 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright*	Protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke (SIP) tipov A, O, C *Antibodies against foot and mouth disease (FMD) against type A, O, C*	Encimsko imunski test (ELISA) LPB *LPB enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
149.	SOP 491 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Foot and mouth disease*	Protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke (SIP) tipa A *Antibodies against foot and mouth disease (FMD) against type A*	Encimsko imunski test (ELISA) - (IZSLER FMD – Ab, type A) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)* (IZSLER FMD – Ab, type A)	**Serum /** *Serum*	NE / NO
150.	SOP 371 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright*	Nukleinska kislina virusa slinavke in parkljevke (SIP), vseh 7 serotipov *Nucleic acids of foot and mouth disease virus (FMD), all 7 serotypes*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Vsebina afte, probang vzorec, epitelij kože /** *Vesicula fluid, probang sample, epithelium*	NE / *NO*
151.	SOP 500 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Foot and mouth disease*	Protitelesa proti NS proteinom virusa slinavke in parkljevke (SIP) *Antibodies aginst NS protein of foot and mouth disease (FMD) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
152.	SOP 506 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright*	Nukleinska kislina virusa slinavke in parkljevke (SIP), vseh 7 serotipov *Nucleic acids of foot and mouth disease virus (FMD), all 7 serotypes*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR-3D v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-qPCR-3D)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
153.	SOP 319 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Swine vesicular disease*	Protitelesa proti virusu vezikularne bolezni prašičev (VBP) *Swine vesicular disease antibodies (SVD)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
154.	SOP 404 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Swine vesicular disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright*	Nukleinska kislina virusa vezikularne bolezni prašičev (VBP) *Nucleic acid of swine vesicular disease (SVD)virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Vsebina afte, probang vzorec, epitelij kože /** *Vesicula fluid, probang sample, epithelium*	NE / *NO*
155.	SOP 423 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *African swine fever*	Virus afriške prašičje kuge (APK) *Africa swine fever (ASF) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
156.	SOP 405 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *African swine fever* protokol povzet po navodilih referenčnega laboratorija EU, CISA-INIA Valdeolmos according to the protocol of EURL CISA-INIA Valdeolmos	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK) *Nucleic acid of African swine fever (ASF) virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
157.	SOP 340 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *African swine fever* protokol povzet po navodilih referenčnega laboratorija EU, CISA-INIA Valdeolmos according to the protocol of EURL CISA-INIA Valdeolmos	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK) *Nucleic acid of African swine fever* (ASF) *virus*	Verižna reakcija s polimerazo (PCR) *Polymerase chain reaction (PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
158.	SOP 403 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter African swine fever	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK) *Antibodies against african swine fever (ASF) virus*	Imunobloting (IB) *Immunoblotting (IB)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
159.	SOP 369 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter African swine fever	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK) *Antibodies against african swine fever (ASF) virus*	Imunoperoksidazni test (IPT) *Immunoperoxidase test (IPT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
160.	SOP 365 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bluetongue	Protitelesa proti virusu bolezni modrikastega jezika (BTV) *Antibodies against bluetongue virus (BTV)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
161.	SOP 449 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Rabies	Protitelesa proti virusu stekline *Antibodies against rabies virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
162.	SOP 321, ver.3 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Rabies	Protitelesa proti virusu stekline; prisotnost *Antibodies against rabies virus; detection*	Virus nevtralizacijski test s fluorescenco (FAVN) *Flourescent antibody virus neutralisation test (FAVN)*	**Serum /** *Serum* Meja vrednotenja 0,5 I.E./m	DA / *YES*
163.	SOP 402 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Rabies	Virus stekline *Rabies virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Vzorec možganov /** *Brain sample*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
164.	SOP 355 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Rabies	Nukleinska kislina virusa stekline *Rabies virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR*	**Vzorec možganov /** *Brain sample*	NE / *NO*
165.	SOP 426 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Rabies	Virus stekline SAD B19 v cepivu Fucsoral® *Rabies virus SAD B19 in vaccine Fucsoral®*	Določanje titra *Detection of titre*	**Cepivo /** *Vaccine*	NE / *NO*
166.	SOP 216 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis	Virus infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva, seme /** *Organs and tissues, semen*	NE / *NO*
167.	SOP 361 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis	Protitelesa proti virusu infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Antibodies against against the infectious bovine rhinotracheitis/infectious bovine vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
168.	SOP 061 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Classical swine fever	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK) *Antibodies against classical swine fever (CSF) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
169.	SOP 306 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Classical swine fever	Protitelesa proti virusu bovine virusne diareje (BVD) *Antibodies against bovine viral diarrhoea (BVD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
170.	SOP 307 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Classical swine fever	Protitelesa proti virusu borderske bolezni ovac (BB) *Antibodies against border disease (BD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
171.	SOP 503, ver.1 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Peste des petits ruminants (infection with small ruminant morbillivirus)	Protitelesa proti virusu kuge drobnice (PPR); prisotnost *Antibodies against peste des petits ruminants (small ruminant morbillivirus) (PPR); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum drobnice /** *Small ruminant serum*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
172.	SOP 419 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis	Protitelesa proti virusu infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Antibodies against against the infectious bovine rhinotracheitis/infectious bovine vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
173.	SOP 060 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Classical swine fever	Virus klasične prašičje kuge (KPK) *Classical swine fever (CSF) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Polna kri, serum, organi in tkiva**/ *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
174.	SOP 320 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bovine viral diarrhoea	Virus bovine virusne diareje (BVD) *Bovine viral diarrhoea (BVD) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Polna kri, serum, organi in tkiva**/ *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
175.	SOP 293 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Classical swine fever	Nukleinska kislina pestivirusov in virusa klasične prašičje kuge (KPK) *Nucleic acid of Pestiviruses and classical swine fever virus (CSF)*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Serum, organi in tkiva /** *Serum, organs and tissues*	NE / *NO*
176.	SOP 215 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Equine viral arteritis	Virus kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) *Equine viral arteritis (EAV) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Laringotrahealni birs, abortirani fetus, sperma /** *Laringotracheal swabs, aborted foetuses, semen*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
177.	SOP 362 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Equine viral arteritis	Protitelesa proti virusu kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) *Antibodies against equine viral arteritis (EAV)*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
178.	SOP 359 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Aujeszky's disease	Virus bolezni Aujeskega (BA) *Aujeszky disease (AD) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva /** *Organs and tissues*	NE / *NO*
179.	SOP 318 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Aujeszky's disease	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA) *Antibodies against Aujeszky disease (AD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** Serum	NE / *NO*
180.	SOP 452 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Aujeszky's disease	Protitelesa proti gE virusa bolezni Aujeszkega (BA) *Antibodies against gE of Aujeszky disease (AD) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
181.	SOP 497 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Aujeszky's disease	Nukleinska kislina virusa bolezni Aujeszkega (BA) *Aujeszky's disease (AD) virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Real-time polymerase chain reaction* (real- time PCR)	**Polna kri, serum, organi in tkiva/** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE/ *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
182.	SOP 360 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapters Infection with infectious haematopoietic necrosis virus and infection with haemorrhagic septicaemia virus	Virusi VHS, IHN, in IPN *VHS, IHN, and IPN viruses*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
183.	SOP 352 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter infection with haemorrhagic septicaemia virus	Nukleinska kislina virusa hemoragične septikemije (VHS) *Nucleic acid of haemorrhagic septicemia virus (VHS)*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
184.	SOP 353 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Infection with infectious haematopoietic necrosis virus	Nukleinska kislina virusa infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) *Nucleic acid of Infectious haematopoietic necrosis (IHN) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
185.	SOP 354 interna metoda *in-house method*	Nukleinska kislina virusa nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN) *Nucleic acid of infectious pancreatic necrosis (IPN) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
186.	SOP 418 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Porcine reproductive and respiratory syndrome	Nukleinska kislina virusa prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) *Nucleic acid of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, serum /** *Organs and tissues, serum*	NE / *NO*
187.	SOP 429 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Infection with koi herpesvirus	Nukleinska kislina koi herpesvirusa (KHV) *Nucleic acid of koi herpesvirus (KHV)*	Verižna reakcija s polimerazo (PCR) *Polymerase chain reaction* (PCR)	**Organi in tkiva /** *Organs and tissues*	NE / *NO*
188.	SOP 406 interna metoda / *in-house method*	Nukleinska kislina čebeljih virusov: ABPV, BQCV, CBPV, DWV, KBV, SBV *Nucleic acids of bee viruses: ABPV, BQCV, CBPV, DWV, KBV, SBV*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Čebele mrtvice** / *Dead bees*	NE / *NO*
189.	SOP 457 interna metoda / *in-house method*	Protitelesa proti virusu Schmallenberg *Antibodies against Schmallenberg virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
190.	SOP 487, ver.2 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), Chapter Lumpy skin disease and Chapter Sheep pox and Goat pox	Nukleinska kislina virusov vozličastega dermatitisa in osepnic ovac in koz *Nucleic acid of Lumpy skin disease virus, sheep pox and goat pox virus*	Izolacija DNA / Verižna reakcija s polimerazo v realnem času DNA isolation / Real time polymerase chain reaction	**Organi in tkiva** / *Organs and tissues*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
191.	SOP 229 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Equine infectious anaemia	Protitelesa proti virusu infekciozne anemije kopitarjev (IAK) *Antibodies against equine infectious anaemia (EIA) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
192.	SOP 433 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Equine infectious anaemia	Protitelesa proti virusu infekciozne anemije kopitarjev (IAK) *Antibodies against equine infectious anaemia (EIA) virus*	AGID	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
193.	SOP 493 interna metoda/ in-house method	Protitelesa proti virusu hepatitisa E *Antibodies against Hepatitis E virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
194.	SOP 505 interna metoda/ *in-house method*	Nukleinska kislina virusa SARS CoV 2 *Nucleic acids of SARS CoV 2*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Bris** / *Swab*	NE / *NO*
195.	SOP 511, ver.1 interna metoda/ *in-house method* Temelji na / based on: EURL for Fish and Crustacean Diseases; EU Diagnostic Manual; IHN & VHS diagnostic methods and procedures for the surveillance and confirmation of infction with VHSV and IHNV	Nukleinska kislina virusa infekciozne hematopoetske nekroze (IHNV); Nucleic acids of infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV)	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času); *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Organi in tkiva rib/** *Fish organs and tissues* **Ovarialna in semenska tekočina rib/** *Fish ovarian fluid and milt*	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za patologijo, sodno veterinarstvo, prostoživeče živali, čebele in akvakulturo, Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
196.	SOP 167, verzija 8 interna metoda in-house method Temelji na / Based on: Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks X. *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex X* *in/and* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bovine spongiform encephalopathy; *Scrapie*	Morfološke spremembe v možganih, značilne za prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE); prisotnost *Morphological changes in the brain characteristic for transmissible spongiform encephalopathies (TSE), detection*	Patohistološka preiskava: parafinske tkivne rezine, HE barvanje, svetlobna mikroskopija. *Histopathology: paraffin embedded tissue sections / HE staining / light microscopy.*	**Možgani (govedo, drobnica, cervidi)** / *Brains (bovine, small ruminants, cervids)* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*
197.	SOP 234, verzija 8 interna metoda in-house method Temelji na / Based on: Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks X. *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex X.* *in/and* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Bovine spongiform encephalopathy; *Scrapie*	Prioni; prisotnost *Prions; detection*	Imunohistokemija: parafinske tkivne rezine / specifična protitelesa proti prionom / svetlobna mikroskopija *Immunohistochemistry: paraffin embedded tissue sections / specific antibodies against prions / light microscopy*	**Možgani, limfni organi (govedo, drobnica, cervidi)** / *Brains, lymphatic tissues (bovine, small ruminants, cervids)*	DA / *YES*
198.	SOP 177, verzija 7 interna metoda in-house method Temelji na / Based on: Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks X. *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex X.*	Prioni; prisotnost *Prions; detection*	Detekcija s HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test: Homogenizacija / obdelava na plošči za vezanje antigena / čitanje absorbance vzorca *Detection with* HerdChek *BSE-Scrapie Antigen Test: Homogenisation / treatment on antigen-capture plate / reading of sample absorbance*	**Možgani (govedo, drobnica, cervidi); limfni organi (drobnica, cervidi)** / *Brains (bovine, small ruminants, cervids), lymphatic tissues (small ruminants, cervids)* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za predklinične vede, Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
199.	SOP 335, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Aleli gena *PRNP;* prisotnost *PRNP gene alleles; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Aleli 136, 141, 154 in 171 gena *PRNP* pri ovcah** *Alleles 136, 141, 154 and 171 of PRNP gene in sheep*	DA / *YES*
200.	SOP 473, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Vrstno-specifična genomska DNA; prisotnost *Species-specific genomic DNA; Detection* Mitohondrijske DNA specifična za konja (Equus cabalus) *Mitochondrial DNA specific for horse (Equus cabalus)*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Meso in procesirana hrana živalskega izvora** *Meat and processed food of animal origin* Meja vrednotenja 1 % *Determination of mitochondrial DNA specific for horse (Equus cabalus); cut off 1 %*	NE / *NO*

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
201.	SOP 115, verzija 4 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* metodi EURL / *EURL method: SOP IMM 065*	Protitelesa proti virusu atipične kokošje kuge (APMV 1); prisotnost *Antibodies against Newcastle disease virus (APMV 1); detection*	Metoda inhibicije hemaglutinacije *Haemagglutination inhibition method*	**Serum perutnine** / *Poultry serum*	DA / *YES*
202.	SOP 247, verzija 2 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* metodi EURL / *EURL method: SOP IMM 064*	Protitelesa proti virusu aviarne influence podtip H5 in H7; prisotnost *Antibodies against Avian Influenza virus subtype H5 and H7; detection*	Metoda inhibicije hemaglutinacije *Haemagglutination inhibition method*	**Serum perutnine** / P*oultry serum*	DA / *YES*
203.	SOP 120, verzija 5 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Leptospirosis	Protitelesa proti *Leptospira spp*.; prisotnost *Antibodies against* Leptospira spp.*; detection*	Metoda serumske aglutinacije *Serum agglutination method*	**Serum domačih živali** / *Serum of domestic animals*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
204.	SOP 483, verzija 3 interna metoda in-house method Temelji na / Based on Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals(WOAH), chapter Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae)	Protitelesa proti bakteriji *Mycoplasma gallisepticum* (MG); prisotnost *Antibodies against Mycoplasma gallisepticum (MG); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum kokoši in puranov** / *Chicken and turkey serum*	DA / *YES*
205.	SOP 431, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Tarčne nukleinske kisline mikroorganizmov; prisotnost *Target nucleic acids of microorganisms; detection*	Izolacija RNA in DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času z reverzno transkripcijo ali brez (PCR ali RT-PCR v realnem času) *RNA and DNA isolation / real-time polymerase chain reaction with or without reverse transcription (real-time PCR or real-time RT-PCR)*		DA */ YES*
	in/and SOP 413, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Priporočena metoda EURL / *EURL recommended method* SOP VI.493	Odsek gena za protein matrix virusov aviarne influence tipa A / *Region of matrix protein gene of avian influenza type A viruses*		**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	DA / *YES*
	ali / or SOP 415, verzija 2 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Priporočena metoda EURL / *EURL recommended method* SOP VI.493	Odsek gena za protein hemaglutinin virusov aviarne influence podtipa H5 / *Region of hemagglutinin protein gene of H5 subtype avian influenza viruses*		**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	DA / *YES*
	ali / or SOP 414 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Priporočena EURL metoda SOP VIR 144 / EURL recommended method SOP VIR 144	Nukleinska kislina virusa aviarne influence podtipa H7 / *Nucleic acid of H7 avian influenza virus*		**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
	ali / or SOP 528, verzija 1 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on*: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Avian mycoplasmosis (*Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae*)	*Mycoplasma gallisepticum;* prisotnost; *Nucleic acid Mycoplasma gallisepticum; detection*		**Biološki vzorci: brisi sluznic in organov ter izolati *Mycoplasme gallisepticum*** / *Biological samples: swabs of mucosae and tissues and Mycoplasma gallisepticum isolates*	DA / *YES*
206.	SOP 275 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae)	Protitelesa proti *Mycoplasma gallisepticum*; prisotnost / *Antibodies against Mycoplasma gallisepticum; detection*	Test hitre serumske aglutinacije *Rapid serum agglutination test*	**Serum perutnine** / *Poultry serum*	NE / *NO*

Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za prežvekovalce in prašiče, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
207.	SOP 89 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Porcine reproductive and respiratory syndrome*	Protitelesa proti prašičjemu reprodukcijskemu in respiratornemu sindromu (PRRS); prisotnost / *Antibodies against porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
208.	SOP 358 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Salmonellosis*	Protitelesa proti salmonelam (serološke skupine O:4 (B), O:7 (C1), O:9 (D1); prisotnost / *Antibodies against Salmonella (serogroups O:4 (B), O:7 (C1), O:9 (D1); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum**, **mesni sok /** *Serum, meat juice*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
209.	ISO 6888-1:2021 SOP 203, verzija 4	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Živila** / *Food* **Hrana za živali in krma** */ Pet food and animal feed* U = 0,09 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES*
210.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 5	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* **Hrana za živali in krma /** *Pet food and animal feed* **Okoljski vzorci /** *Environmental samples* U = 0,13 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
211.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Živila /** *Food* $eLOD_{50}$ = 2,8 cfu/25 g **Hrana za živali in krma /** *Pet food and animal feed* $eLOD_{50}$ = 2 cfu/25 g **Okoljski vzorci /** *Environmental samples* $eLOD_{50} \leqq$ 1,5 cfu/vzorec **Vzorci primarne proizvodnje (feces živali, vpojne prevleke za škornje, stelja ipd.) /** *Primary production samples (animal faeces, boot swabs, litter, etc)* $eLOD_{50} \leqq$ 1,7 cfu/g (vzorec)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
212.	SOP 368, verzija 3 interna metoda *in-house method*	*Salmonella* spp*;* *Listeria monocytogenes;* prisotnost *Salmonella* spp.*,* *Listeria monocytogenes; detection*	Rast na obogatitvenem gojišču / izotermalna amplifikacija DNA (LAMP) / Molekularno ugotavljanje z bioluminiscenco *Growth on enrichment media / isothermal DNA amplification (LAMP)* */ Molecular bioluminiscence detection*	***Salmonella* spp.** **Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 3-5 cfu/25 g **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* LOD = 3-5 cfu/vzorec **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 3-5 cfu/25 g **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 3-5 cfu/25 g **RTE živila /** *RTE food* LOD = 3-5 cfu/25 g **Brisi površin /** *Environmental swabs* LOD = 3-5 cfu/25 g **Vzorci primarne proizvodnje** *Primary production samples* ***Listeria monocytogenes*** **Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 3-5 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 3-5 cfu/25 g **RTE živila /** *RTE food* LOD = 3-5 cfu/25 g **Brisi površin /** *Environmental swabs* LOD = 3-5 cfu/25 g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
213.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 5–10 cfu/25 g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 7 cfu/površina *Listeria spp.*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
214.	ISO 11290-2:2017 SOP 314, verzija 3	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* *število* *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	*Listeria monocytogenes:* **Živila /** *Food* U = 0,14 $\log_{10}$ cfu/g *Listeria spp.*	DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
215.	ISO 10272-1:2017 postopek A, C *procedure A, C* SOP 187, verzija 5	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37 °C in 41,5 °C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču / potrditev C – Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / potrditev *A - Growth with pre-enrichment at 37 °C and 41,5 °C in a microaerobic* conditions / *isolation on selective medium / confirmation* *C - Growth on selective medium* in *a microaerobic* conditions */ confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 2–3 cfu/10 g **Feces, površine** */ Faeces, surfaces* LOD = 60 cfu/g (površina)	DA / *YES* DA / *YES*
216.	ISO 10272-2:2017 SOP 385 verzija 3	*Campylobacter spp*.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in a microaerobic conditions */ colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* *U* = 0,39 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES*
217.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* **Hrana za živali in krma /** *Pet food and animal feed* *U* = 0,22 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES*
218.	ISO 21528-2 :2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium at 37 ° / colony count / confirmation*	**Živila /** *Food* **Hrana za živali in krma /** *Pet food and animal feed* *U* = 0,24 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES*
219.	ISO 6888-2:2021 SOP 204, verzija 4	Koagulaza pozitivni stafilokoki (S.aureus in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila** / Food **Hrana za živali in krma /** *Pet food and animal feed* *U* = 0,21 $\log_{10}$ cfu/g	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
220.	SOP 435, verzija 2 Interna metoda *in-house method* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media / isolation and identification*	**Vzorci čebelje zalege** / *Brood samples* LOD = 10 cfu/vzorec	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
221.	SOP 513, ver.3 interna metoda in-house method	Beta-laktami in tetraciklini; prisotnost *Beta-lactams and tetracyclines; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor plus) *Competitive receptor test (Twinsensor plus)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw bovine milk* ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg penicilin G / *penicillin G* CCβ = 3 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg dikloksacilin / *dicloxacillin* CCβ = 10 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 10 µg/kg oksacilin / oxa*cillin* CCβ = 18 µg/kg piperacilin / *piperacillin* CCβ = 4 µg/kg tikarcilin / *ticarcillin* CCβ = 30 µg/kg aspoksicilin / aspoxicillin CCβ = 5 µg/kg penicilin V / *penicillin V* CCβ = 4 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 15 µg/kg desfuroil ceftiofur / *desfuroyl ceftiofur* CCβ = 80 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 22 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 8 µg/kg dezacetil cefapirin */ desacetyl cephapirin* CCβ = 50 µg/kg cefacetril / *cefacetril* CCβ = 30 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 6 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 5 µg/kg cefalotin / *cefalotine* CCβ = 6 µg/kg ceftriakson / *ceftriaxone* CCβ = 10 µg/kg ceftizoksim / *ceftizoxime* CCβ = 450 µg/kg cefotaksim / *cefotaxime* CCβ = 40 µg/kg cefuroksim / *cefuroxime* CCβ = 125 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 40 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 60 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 15 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
222.	SOP 230, verzija 10 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Classical swine fever*	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Antibodies against classical swine fever (CSF); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
223.	SOP 311, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Aujeszky's disease*	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA); prisotnost *Antibodies against Aujeszky disease virus (AD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
224.	SOP 246, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Bovine viral diarrhoea*	Protitelesa proti virusu bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Antibodies against the bovine viral diarrhoea virus (BVD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)*	**Serum /** *Serum*	DA / *YES*
225.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	DA / *YES*
226.	ISO 10273 Modifikacija / *modification*	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Yersinia enterocolitica* *Horizontal method for the detection Yersinia enterocolitica*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* **Brisi okolja /** *Environmental swabs*	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
227.	ISO 7937 modificiran / *modified* SOP 507	*Clostridum perfringens*; število *Clostridum perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* **Hrana za živali in krma /** *Pet food and feed*	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
228.	SOP 494 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis* (infection with *Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti brucelam; prisotnost *Antibodies against Brucella; detection*	Encimsko-imunski test (ELISA) / *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko** / *Milk*	NE / *NO*
229.	Interna metoda *in-house method* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media / isolation and identification*	**Med ali satje z medom, drobir, vosek**/ *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
230.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Larone DH. Medically important fungi, A guide to identification. Washington: American Society for Microbiology, 1993.	Preiskava na dermatofite	mikroskopsko dokazovanje, izolacija in determinacija	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*
231.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples* LOD = 5–10 cfu/25 g	NE / *NO*
232.	ISO 7932	*Štetje domnevno prisotnih Bacillus cereus* *Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij Growth on selective medium / colony count	**Meso in mesni izdelki** */ Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
233.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Živila /** *Food* $eLOD_{50}$ = 2,4 cfu/25g **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* $eLOD_{50}$ < 2,4 cfu/vzorec **Okoljski vzorci /** *Environmental samples* $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu/vzorec **Vzorci primarne proizvodnje** (feces živali, vpojne prevleke za škornje, brisi, stelja, ipd.) / Primary production samples (*animal faeces*, *boot swabs, swabs, litter, etc.)* $eLOD_{50}$ < 1,7 cfu/25 g (vzorec)	DA */ YES* DA */ YES* DA */ YES* DA */ YES*
234.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes;* prisotnost *Listeria monocytogenes; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 1 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products* LOD = 1 cfu/25 g **Ribe in ribji izdelki /** *Fish and fish products* LOD = 1 cfu/25 g **Brisi okolja** / *Environmental swabs* LOD = 1 cfu/površina	DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
235.	SOP 237 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics*: penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics*: novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	NE / *NO*
236.	SOP 74, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis* (infection with *Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis;* prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test - aglutinacija *Rose bengal test - agglutination*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
237.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	DA / *YES*
238.	SOP 513 interna metoda *in-house method*	Beta-laktami in tetraciklini; prisotnost *Beta-lactams and tetracyclines; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor plus) *Competitive receptor test (Twinsensor plus)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw bovine milk* ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg penicilin G / *penicillin G* CCβ = 3 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg dikloksacilin / *dicloxacillin*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 10 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 10 µg/kg oksacilin / oxa*cillin* CCβ = 18 µg/kg piperacilin / *piperacillin* CCβ = 4 µg/kg tikarcilin / *ticarcillin* CCβ = 30 µg/kg aspoksicilin / aspoxicillin CCβ = 5 µg/kg penicilin V / *penicillin V* CCβ = 4 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 15 µg/kg desfuroil ceftiofur / *desfuroyl ceftiofur* CCβ = 80 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 22 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 8 µg/kg dezacetil cefapirin */ desacetyl cephapirin* CCβ = 50 µg/kg cefacetril / *cefacetril* CCβ = 30 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 6 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 5 µg/kg cefalotin / *cefalotine* CCβ = 6 µg/kg ceftriakson / *ceftriaxone* CCβ = 10 µg/kg ceftizoksim / *ceftizoxime* CCβ = 450 µg/kg cefotaksim / *cefotaxime* CCβ = 40 µg/kg cefuroksim / *cefuroxime* CCβ = 125 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 40 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 60 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 15 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
239.	SOP 494 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis* (infection with *Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti brucelam; prisotnost *Antibodies against Brucella; detection*	Encimsko-imunski test (ELISA) / *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko** / *Milk*	NE / *NO*
240.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products*	NE / *NO*
241.	ISO 4833-1 SOP 206	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products*	NE */ NO* NE */ NO*
242.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Larone DH. Medically important fungi, A guide to identification. Washington: American Society for Microbiology, 1993.	Preiskava na dermatofite	mikroskopsko dokazovanje, izolacija in determinacija	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*
243.	SOP 435 Interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media / isolation and identification*	**Vzorci zalege** / *Brood samples*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
244.	Interna metoda *in-house method* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media / isolation and identification*	**Med ali satje z medom, drobir, vosek**/ *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
245.	ISO 11290-2 SOP 314	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products*	NE / *NO*
246.	ISO 21528-2 SOP 317	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium at 37 °C / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
247.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.; prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.; *detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples*	NE / *NO*
248.	ISO 16649-2 SOP 315	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto

Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
249.	SIST EN ISO 8655-6 V 180	Interne kalibracije pipet – za notranje uporabnike	**Prostornina tekočin /** *Volume of Liquids*	**Volumetrične naprave, delujoče na bat - batne pipete (enokanalne**) / *Piston-operated volumetric apparatus - Piston Pipettes (single-channel)* Kalibracijska in merilna zmoglijivost / *Calibration and Measurement Capability (CMC)* **NAZIVNA PROSTORNINA** / **CMC v** µl 20 / 0,06 50 / 0,10 100 / 0,15 120 / 0,15 200 / 0,32 300 / 0,41 1000 / 1,56 5000 / 7,18 10000 / 11,86 **Volumetrične naprave, delujoče na bat - batne pipete (večkanalne) /** *Piston-operated volumetric apparatus - Piston Pipettes (multi-channel)* Kalibracijska in merilna zmoglijivost/ *Calibration and Measurement Capability (CMC)* **NAZIVNA PROSTORNINA** / **CMC v** µl 50 µl / 0,08 100 µl / 0,15 200 µl / 0,28 300 µl / 0,45 1250 µl / 1,73 **Volumetrične naprave, delujoče na bat - razdeljevalci /** *Piston-operated volumetric apparatus - Dispensers* Kalibracijska in merilna zmoglijivost/ *Calibration and Measurement Capability (CMC)* **NAZIVNA PROSTORNINA** / **CMC v** µl 10000 µl / 14,06	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
250.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 5	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* *U* = 0,20 $\log_{10}$ cfu/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* *U* = 0,20 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES*
251.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Živila** / *Food* $eLOD_{50}$ < 2,4 cfu/25g (ml) **Izsečki in brisi trupov** / *Carcasses meat cuts and swabs* $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu / vzorec **Okoljski vzorci /** *Environmental samples* $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu / vzorec **Vzorci primarne proizvodnje** (feces živali, vpojne prevleke za škornje, brisi, stelja, ipd.) / Primary production samples (*animal faeces*, *boot swabs, swabs, litter, etc.)* $eLOD_{50}$ < 1,7 cfu / 25g (vzorec)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
252.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 5–10 cfu/25 g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5-10 cfu/površina *Listeria spp.:*	 DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE/ *NO*
253.	ISO 11290-2:2017 SOP 314, verzija 3	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.*; število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* *U* = 0,18 $\log_{10}$ cfu/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* *U* = 0,18 $\log_{10}$ cfu/g (ml) *Listeria spp.:*	 DA / *YES* DA / *YES* NE/ *NO*
254.	ISO 10272-1:2017 postopek A, *procedure A* SOP 187, verzija 5	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37°C in 41,5°C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču / potrditev *A - Growth with pre-enrichment at 37°C and 41,5°C in a microaerobic conditions / isolation on selective medium / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** */ Meat and meat products* LOD = 5 – 8 cfu/10 g	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
255.	ISO 10272-2:2017 SOP 385 verzija 3	Campylobacter spp.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in a *microaerobic conditions / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** *Meat and meat products* *U* = 0,32 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES*
256.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila/***Food samples* **Okoljski vzorci/***Environmental samples* *U* = 0,13 $\log_{10}$cfu/g	DA / *YES* DA / *YES*
257.	ISO 21528-2 :2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium at 37 °C / colony count / confirmation*	**Surovo meso in mesni pripravki (razen perutnine)/** *Raw meat and ready to cook meat products (except poultry)* **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* **Mesni izdelki pripravljeni za neposredno uživanje in pripravljeni za pogrevanje** */ Ready-to-eat, ready-to-reheat meat products* **Toplotno obdelano mleko in mlečni proizvodi/** *Heat-processed milk and dairy products* **Čokolada, pekovski in slaščičarski izdelki/** *Chocolate, bakery products and confectionary* **Okoljski vzorci** */ Environmental samples* *U* = 0,18 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
258.	SOP 237 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics***:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics:* novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	NE / *NO*
259.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method:/ chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	DA/*YES*
260.	ISO 7937 modificiran / modified SOP 507	*Clostridium perfringens*; število *Clostridium perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** */ Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** / Milk and milk products **Jajca in jajčni izdelki** / Eggs and eggs products **Hrana za živali in krma** / Pet food and animal feed	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
261.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium/ colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products*	NE / *NO*
262.	ISO 5764 IDF 108 SOP 242	Zmrziščna točka mleka *Milk freezing point*	Krioskopska metoda Cryoscope method	**Kravje mleko** / *Cow milk* -408 do -600 m °C	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
263.	SOP 435 Interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media / isolation and identification*	**Med ali satje z medom, drobir, vosek,** / *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
264.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija/potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation /confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples* LOD = 5–10 cfu/25 g	NE / *NO*
265.	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Mange*	Garjavci; prisotnost *Parasitic mites; detection*	Obdelava s KOH / mikroskopska preiskava *Preparation with KOH / microscopic examination*	**Kožni ostružek /** *Skin scraping*	NE / *NO*

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
266.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 5	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* U = 0,10 $\log_{10}$ cfu/g. **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products* **Brisi okolja** / *Environmental swabs*	*DA / YES* NE */ NO* NE */ NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
267.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / isolation / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5-10 cfu/25 g **Vzorci primarne proizvodnje** (feces živali, vpojne prevleke za škornje, brisi, stelja, ipd.) / Primary production samples (*animal faeces*, *boot swabs, swabs, litter, etc.)* LOD = 9 cfu/25 g (vzorec) **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products*	DA / *YES* DA / *YES* NE */ NO*
268.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	*Listeria monocytogenes:* **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 8 cfu/25 g **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products* **Brisi okolja** / *Environmental swabs* *Listeria spp.:*	DA / *YES* NE */ NO* NE */ NO* NE */ NO*
269.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products:* *U* = 0,10 $\log_{10}$ cfu/g **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products*	*DA* / *YES* NE / *NO*
270.	SOP 74, verzija 7 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis* (infection with *Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis;* prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test - aglutinacija *Rose bengal test - agglutination*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
271.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	*DA* / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
272.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureuus* in drugi); število *coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / confirmation / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
273.	ISO 21528-2 SOP 317	Enterobakterije; število Enterobacteriaceae; enumeration	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev Growth on selective medium at 37 °C / colony count / confirmation	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
274.	ISO 7937 modificiran / modified SOP 507	Clostridum perfringens; število Clostridum perfringens; enumeration	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
275.	ISO 11290-2 SOP 314	Listeria monocytogenes in Listeria spp.; število Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
276.	SOP 494 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH), chapter *Brucellosis* (infection with *Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti brucelam; prisotnost Antibodies against Brucella; detection	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko /** *Milk*	NE / *NO*
277.	ISO 9308-1	Escherichia coli in koliformi *Escherichia coli and coliforms*	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev Membrane filtration method; Growth on enrichment and selective medium / colony count	**Voda** / *Water*	NE / *NO*
278.	ISO 7899-2	Enterokoki *Intestinal entorococci*	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Membrane filtration method; Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Voda** / *Water*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
279.	SOP 435 Interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* Temelji na / Based on: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (WOAH); Chapter American foulbrood in honey bees (infection of honey bees with *Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae*; prisotnost *Paenibacillus larvae*; *detection*	Rast na gojiščih / izolacija in identifikacija *Growth on media /* *isolation and identification*	**Vzorci zalege** / *Brood samples*	NE / *NO*

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
280.	ISO 9622:2013 IDF 141:2013 SOP 245, verzija 9	Maščoba, beljakovine, laktoza in zmrzišča točka *Fat, protein, lactose and freezing point*	MID-infrardeča spektrometrija (FTIR) *MID-infrared spectrometry (FTIR)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* maščobe/milk fat (2,0 do 6,0) g/100 ml *U* = 0,030 g/100 ml beljakovine/proteini (2,5 do 4,5) g/100 g *U* = 0,038 g/100 g laktoza/lactose (4,0 do 5,2) g/100g *U* = 0,029 g/100 g zmrzišča točka/*freezing point* *(-0,449°C do -0,547°C)* *U* = 0,004 m°C	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
281.	ISO 5764:2009 IDF 108:2009 SOP 242, verzija 9	Zmrzišča točka *Freezing point*	Krioskopska metoda *Cryoscope method*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* -408 do -600 m °C *U* = 4 m°C **Termično obdelano kravje mleko** / *Heat treated cow milk* **Surovo kozje mleko** */ Raw caprine milk* **Surovo ovčje mleko** / *Raw ovine milk*	DA / YES NE / *NO* NE */ NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
282.	ISO 13366-2:2006 IDF 148-2:2006 SOP 239, verzija 6	Število somatskih celic *Enumeration of somatic cells*	Pretočna citometrija Fluoro-opto-elektronski inštrument *Flow cytomerty* *Fluoro-opto-electronic instrument*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* 5.000–1.500.000 somatskih celic /ml $U \leqq 9$ %	DA / *YES*
283.	SOP 270, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Skupno število mikroorganizmov *Total number of microorganisms*	Pretočna citometrija Fluoro-opto-elektronski inštrument *Flow cytometry* *Fluoro-opto-electronic instrument*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* 3.000–1.000.000 CFU/ml U = 0,052 $\log_{10}$ cfu/ml	DA / *YES*
284.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 5	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium* / *colony count*	**Živila** / *Food* **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* **Okoljski vzorci** / *Environmental samples* U = 0,16 $\log_{10}$ cfu/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
285.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Surovo mleko in mlečni proizvodi** / *Raw milk and dairy products* $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu/25 g **Toplotno obdelano mleko in mlečni proizvodi** / *Heat-processed milk and dairy products* $eLOD_{50}$ < 01,5 cfu/25 g **Surovo meso in mesni pripravki (razen perutnine)** / *Raw meat and ready to cook meat products (except poultry)* $eLOD_{50}$ < 2,4 cfu/25 g **Surovo perutninsko meso in mesni proizvodi** / *Raw poultry and ready to cook poultry products* $eLOD_{50}$ = 1,3 cfu/25 g **Mesni izdelki pripravljeni za neposredno uživanje in pripravljeni za pogrevanje** / Ready-to-eat, ready-to-reheat meat products $eLOD_{50}$ < 1,5 cfu/25 g **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* $eLOD_{50}$ < 2,4 cfu/vzorec **Vzorci primarne proizvodnje** (feces živali, vpojne prevleke za škornje, brisi, stelja, ipd.) / Primary production samples (*animal faeces*, *boot swabs, swabs, litter, etc.)* $eLOD_{50}$ = 9,7 cfu/25g (vzorec)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti U, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
286.	SOP 482, verzija 3 interna metoda *in-house method*	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	SOP 482:Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih IRIS / izolacija / potrditev po SOP 400 *SOP 482: Growth on enrichment and selective media IRIS / isolation / Confirmation in SOP 400*	**Živila /** *Food* $eLOD_{50}$ = 2,1 cfu/25 g **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* $eLOD_{50}$ < 1,1 cfu/vzorec **Hrana za živali in krma** / *Pet food and animal feed* $eLOD_{50}$ = 0,9 cfu/25 g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
287.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 8	*Listeria monocytogenes;* prisotnost *Listeria monocytogenes; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Surovo mleko in mlečni proizvodi** / *Raw milk and dairy products* $eLOD_{50}$ = 1,7 cfu/25 g **Toplotno obdelano mleko in mlečni proizvodi** / *Heat-processed milk and dairy products* $eLOD_{50}$ = 0,7 cfu/25 g **Surovo meso in mesni pripravki (razen perutnine)** / *Raw meat and ready to cook meat products (except poultry)* $eLOD_{50}$ = 1,3 cfu/25 g **Mesni izdelki pripravljeni za neposredno uživanje in pripravljeni za pogrevanje** / Ready-to-eat, ready-to-reheat meat products $eLOD_{50}$ = 1,2 cfu/25 g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
288.	SOP 521, verzija 1 Interna metoda *In-house method*	*Listeria monocytogenes;* prisotnost *Listeria monocytogenes; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Živila** / *Food* $eLOD_{50}$ = 2,4 cfu/25 g **Brisi okolja** / *Environmental swabs* $eLOD_{50}$ = 0,7 cfu/vzorec	DA / *YES* DA / *YES*
289.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila** / *Food* *U* = 0,15 $\log_{10}$ cfu /g	DA / *YES*
290.	ISO 21528-2:2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču pri 37 °C / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium at 37 °C / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* *U* = 0,18 $\log_{10}$ cfu/g (ml) **Izsečki in brisi trupov /** *Carcasses meat cuts and swabs* *U* = 0,18 log10 cfu/vzorec **Mleko in mlečni izdelki** */ Milk and milk products* *U* = 0,30 $\log_{10}$ cfu/ml (tekočine in poltekočine */liquids and semiliquids)* **Ostala živila** / *other foods*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
291.	ISO 6888-2:2021 SOP 204, verzija 4	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureuus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* *U* = 0,11 $\log_{10}$ cfu/g	NE / NO
292.	ISO 18743:2015 SOP 8, verzija 11	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Prečno progasta mišičnina /** *Striated muscle*	DA / YES
293.	SOP 451 interna metoda in-house method	Aflatoksin M1	Hitro določanje *Rapid quantification*	**Surovo mleko /** *Raw milk* CCα = 20ppt (0,02µg/kg) LOQ = 50ppt (0,05µg/kg)	NE / NO

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
294.	SOP 513, ver.3 interna metoda in-house method	Beta-laktami in tetraciklini; prisotnost *Beta-lactams and tetracyclines; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor plus) *Competitive receptor test (Twinsensor plus)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw bovine milk* ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg penicilin G / *penicillin G* CCβ = 3 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg dikloksacilin / *dicloxacillin* CCβ = 10 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 10 µg/kg oksacilin / oxa*cillin* CCβ = 18 µg/kg piperacilin / *piperacillin* CCβ = 4 µg/kg tikarcilin / *ticarcillin* CCβ = 30 µg/kg aspoksicilin / aspoxicillin CCβ = 5 µg/kg penicilin V / *penicillin V* CCβ = 4 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 15 µg/kg desfuroil ceftiofur / *desfuroyl ceftiofur* CCβ = 80 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 22 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 8 µg/kg dezacetil cefapirin */ desacetyl cephapirin* CCβ = 50 µg/kg cefacetril / *cefacetril* CCβ = 30 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 6 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 5 µg/kg cefalotin / *cefalotine* CCβ = 6 µg/kg ceftriakson / *ceftriaxone* CCβ = 10 µg/kg ceftizoksim / *ceftizoxime* CCβ = 450 µg/kg cefotaksim / *cefotaxime* CCβ = 40 µg/kg cefuroksim / *cefuroxime* CCβ = 125 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 40 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 60 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 15 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
295.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products*	NE / NO
296.	ISO 11290-2 SOP 314	*Listeria monocytogenes;* število *Listeria monocytogenes; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Živila** */ Food*	NE / NO
297.	ISO 7899-2	Enterokoki *Intestinal entorococci*	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev Membrane filtration method*; Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Voda** */ Water* LOD = 1 cfu/100ml	NE / *NO*
298.	ISO 9308-1	E. coli in koliformi	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev Membrane filtration method*; Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Voda** */ Water* LOD = 1 cfu/100ml	NE / *NO*

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI), Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
299.	SOP 463, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO TS 17728:2015	Vzorčenje za mikrobiološke in kemijske preiskave *Sampling for microbiological and chemical analysis*	Ročno vzorčenje *Hand sampling*	**Živila živalskega izvora** / *Food of animal origin*	DA / *YES*
300.	SOP 466, verzija 8 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 18593:2018	Vzorčenje za mikrobiološke preiskave *Sampling for microbiological analysis*	Vzorčenje površin z uporabo brisov *Sampling from surfaces using swabs*	**Vzorci okolja** / *Environmental samples* **Bris površine** / *Surface swab* U = 0,39 $\log_{10}$ cfu/20 cm^2	DA / *YES*
301.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 *Commission Regulation (EC) No 152/2009,* SOP 467, verzija 5	Vzorčenje za mikrobiološke in kemijske preiskave *Sampling for microbiological and chemical analysis*	Ročno vzorčenje *Hand sampling*	**Krma** / *Feed*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/). Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B. Faktor razširitve, uporabljen pri izračunu razširjene merilne negotovosti *U*, je 2.